

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 41/BVCR-TTBYT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2023

V/v mời chào giá máy điện tim
3 kênh

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Chợ Rẫy kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp các hàng hoá, dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Báo giá vật tư, phụ kiện, linh kiện của trang thiết bị y tế.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 03 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ 00 phút, ngày 21 / 4 / 2023.
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Trang thiết bị y tế - Bệnh viện Chợ Rẫy 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM.

Số điện thoại liên hệ: 0908.795.780 (KS.Tâm)

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và tài liệu kỹ thuật (specification, technical data) chi tiết của sản phẩm.
- + Bảng so sánh yêu cầu kỹ thuật của thiết bị chào giá, chi tiết theo từng mục.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Trang thiết bị y tế (để đăng tin)
- Lưu HC, TTBYT.



TS. Nguyễn Tri Thức

PHỤ LỤC DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 247 /BVCR-TTBYT ngày 05 tháng 4 năm 2023)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
01	Máy điện tim	<p>A. YÊU CẦU CHUNG:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thiết bị mới 100% sản xuất năm 2023 trở về sau.- Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương.- Điện áp sử dụng: 220V AC / 50 - 60Hz- Môi trường làm việc: nhiệt độ tối đa $\geq 30^{\circ}\text{C}$, độ ẩm tối đa $\geq 80\%$ <p>B. YÊU CẦU CẤU HÌNH:</p> <p>Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">Dây nguồn : 01 cáiĐiện cực chi : 01 bộ (4 cái)Điện cực ngực : 01 bộ (6 cái)HDSĐ : 01 cáiGiấy in : 01 xấp/cuộnPin sạc : 01 bộDây điện tim : 01 bộ <p>C. YÊU CẦU KỸ THUẬT:</p> <p>Là thiết bị được sử dụng để đo điện tim có 12 đạo trình cơ bản, 3 kênh, giúp nhận biết các rối loạn tim.</p> <p>1. Phần cứng:</p> <ul style="list-style-type: none">- Màn hình hiển thị: ≥ 5 inches- Độ phân giải: $\geq 320 \times 240$- Thông tin hiển thị tối thiểu các thông số sau: Sóng điện tim, thông tin bệnh nhân gồm ID, tên, giới tính, năm sinh hoặc tuổi, chế độ ghi, chế độ hoạt động, nhịp tim, thông báo lỗi, trạng thái tiếp xúc điện cực, nhiều điện cực.- Đạo trình hiển thị tối đa – không đồng thời : ≥ 12 đạo trình.- Bộ lọc nhiễu gồm: Lọc nhiễu điện lưới xoay chiều, lọc nhiễu điện cơ, lọc trôi đường nền.- Máy in nhiệt:<ul style="list-style-type: none">+ Kiểu ghi dữ liệu: in chuỗi điểm nhiệt+ Tốc độ ghi: tối thiểu 2 mức 25mm/giây, 50mm/giây+ Giấy ghi: dạng cuộn hoặc xấp, chiều rộng $\geq 60\text{mm}$	Cái	15	

		<p>+ Số đạo trình hiển thị: ≥ 3 đạo trình</p> <p>+ Thông tin hiển thị tối thiểu các thông số sau: sóng điện tim, nhịp tim, ngày và giờ đo, tốc độ giấy, tên đạo trình, tiếp xúc điện cực, nhiễu, thông tin bệnh nhân gồm: số ID, giới tính, tuổi.</p> <p>- Pin sạc có thời gian hoạt động khi đầy pin: ≥ 1 giờ</p> <p>- Tiêu chuẩn an toàn điện IEC 60601 – 1, IEC 60601-2-25 hoặc tương đương.</p> <p>+ Bảo vệ chống điện giật: Loại I</p> <p>+Bảo vệ chống dòng điện rò rỉ, chống khử rung: Loại CF.</p> <p>- Trọng lượng máy : ≤ 2 kg</p> <p>- Cổng kết nối: LAN, USB</p> <p>- Bộ nhớ : ≥ 200 dữ liệu điện tim</p> <p>- Bàn phím: bàn phím vật lý hoặc cảm ứng</p> <p>2. Phần mềm:</p> <p>- Chế độ tự động: tự động ghi dữ liệu và phân tích điện tâm đồ.</p> <p>- Chế độ thủ công: ghi dữ liệu điện tâm đồ bằng tay thông thường mà không cần phân tích. Có thể lựa chọn bằng tay: điện cực, tốc độ, độ nhạy và bộ lọc.</p> <p>D.YÊU CẦU KHÁC:</p> <p>- Thời gian giao hàng tại Bệnh viện Chợ Rẫy: ≤ 90 ngày</p> <p>- Lắp đặt, chạy thử thiết bị ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm, được đào tạo chính hãng (có kèm giấy chứng nhận)</p> <p>- Có tài liệu chỉ dẫn chi tiết về vận hành và bảo dưỡng:</p> <p>+ Tài liệu vận hành: bằng tiếng Anh, kèm bản dịch tiếng Việt</p> <p>+ Tài liệu bảo dưỡng: Theo quy định của nhà sản xuất</p> <p>- Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo.</p> <p>- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế 10 năm (có danh mục báo giá chi tiết kèm theo).</p> <p>- Bảo hành toàn bộ hệ thống thiết bị và phụ kiện kèm theo: ≥ 24 tháng, có báo giá bảo hành toàn bộ thiết bị hàng năm.</p>			
--	--	---	--	--	--



		<ul style="list-style-type: none"> - Bảo trì định kỳ trong bảo hành theo khuyến cáo của nhà sản xuất. - Bảo trì sau bảo hành: <ul style="list-style-type: none"> + Bảo trì miễn phí tối thiểu: ≥ 1 năm + Chàol giá bảo trì hàng năm(cho thời gian 05 năm sau khi hết bảo hành) - Thiết bị, nhà thầu cung cấp phải đảm bảo tuân thủ theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP 			
--	--	---	--	--	--

Yêu cầu kỹ thuật chung

- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2023 trở đi.
- Có chứng nhận đại tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

Các điều khoản đi kèm

- Giao hàng tại: Bệnh viện Chợ Rẫy, Đ/c: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày
- Thời gian bảo hành: ≥ 1 năm
- Phương thức thanh toán: chuyển khoản
- Hiệu lực báo giá: báo giá có hiệu lực đến khi có thông báo mới.

Ghi chú: Hàng hóa trên, thông số kỹ thuật mang tính chất tham khảo. Quý đơn vị được quyền góp ý nếu nhận thấy thông số kỹ thuật trên chưa đầy đủ hoặc có tính chi định hoặc quý đơn vị có tính năng kỹ thuật tốt hơn, chất lượng tốt hơn quý đơn vị vui lòng góp ý về bệnh viện để bệnh viện hoàn thiện việc xây dựng tính năng kỹ thuật để tiến hành thực hiện đấu thầu sớm nhất.



CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ:
SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ
(Mẫu tham khảo)

Kính gửi: Bệnh viện Chợ Rẫy

Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM

Theo Công văn mời chào giá số ...247/ - BVCR-TTBYT của Bệnh viện, Công ty Chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa (Tên thương mại)	Chi tiết kỹ thuật	Phân nhóm kỹ thuật (nếu có)	Chủng loại/ Mã hàng	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Hãng/ Nước Chủ sở hữu	SDK/ GPNK/ PCB	Số lượng (có khả năng cung ứng)	ĐVT	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)	Mã vật tư y tế theo Quyết định 5086/QĐ-BVCR ngày 04/11/2021	Kê khai, công khai giá TTBYT	Ghi chú
1																
2																
3																
...																

Báo giá này có hiệu lực từ ngày / / đến ngày / /

Ngày tháng năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)