

UBND TỈNH QUẢNG NAM  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 414 / BQL-QLDA1

Quảng Nam, ngày 30 tháng 6 năm 2023

V/v mời tư vấn thẩm định giá thiết bị y tế  
dự án: Phòng khám đa khoa Chà Val,  
huyện Nam Giang.

Kính gửi: Các đơn vị thẩm định giá trang thiết bị y tế

Thực hiện Quyết định số 3435/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Phòng khám đa khoa Chà Val, huyện Nam Giang.

Căn cứ Công văn số 1043/SYT-KHTC ngày 12/5/2023 của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về việc tham gia ý kiến về danh mục thiết bị y tế thuộc dự án Phòng khám đa khoa Chà Val, huyện Nam Giang.

Căn cứ Công văn số 35/CV-TTYT ngày 25/5/2023 của Trung tâm TY tế huyện Nam Giang về việc đề xuất tính năng, cấu hình kỹ thuật thiết bị y tế thuộc dự án Phòng khám đa khoa KV Chà Val, huyện Nam Giang.

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (Ban Quản lý) có kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị y tế thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Phòng khám đa khoa Chà Val, huyện Nam Giang (Kèm danh mục thiết bị). Để có cơ sở xem xét đánh giá và lựa chọn đơn vị thẩm định giá đáp ứng yêu cầu, Ban quản lý trân trọng đề nghị các đơn vị có chức năng thẩm định giá trang thiết bị y tế quan tâm cung cấp cho Ban quản lý hồ sơ năng lực với các thông tin cơ bản như sau:

1. Đăng ký kinh doanh; Tài liệu chứng minh đủ điều kiện thẩm định giá trang thiết bị y tế; Số điện thoại/ Email của đại diện đơn vị trong trường hợp cần liên lạc.

2. Danh sách nhân sự tham gia thẩm định giá kèm thẻ chứng nhận thẩm định viên theo quy định.

3. Hợp đồng thẩm định giá trang thiết bị y tế đã thực hiện trong thời gian 03 năm gần đây (2020, 2021, 2022).

Thông tin xin gửi về địa chỉ: Phòng Quản lý dự án 1 - Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam; số 510 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và bản mềm gửi vào địa chỉ: Vuongksxd@gmail.com trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng thông báo. Thông tin cần giải đáp xin liên hệ đồng chí Võ Minh Vương (SĐT: 0905 467 629).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Báo đầu thầu;
- Lưu: VT, QLDA1.



Nguyễn Công Thành




PHỤ LỤC: DANH MỤC THIẾT BỊ KÈM THEO  
(Kèm theo Công văn số 414 /BQL-QLDA1 ngày 30/6/2023)

STT	TÊN THIẾT BỊ	ĐVT	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	<b>Hệ thống máy chụp X-Quang kỹ thuật số DR (1 Máy Xquang 640mA + 2 Tấm DR và phụ kiện), bao gồm:</b> - Máy X-quang cao tần 640mA. + Trạm điều khiển phát tia. + Đầu đèn phát tia X. + Cột đỡ mang đầu đèn X-Quang. + Bàn bệnh nhân, mặt bàn dịch chuyển 4 chiều. + Giá chụp phổi gắn tường. + Bộ chuẩn trực chùm tia. + Cáp cao thế - Hệ thống chuyển đổi kỹ thuật số máy X-quang FDR D-EVO II. + Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số (DR). + Máy vi tính và Phần mềm chuyên dụng xử lý ảnh X-quang kỹ thuật số. - Máy in phim khô laser kỹ thuật số. - Phụ kiện khác kết nối theo hệ thống. + Phim X-quang khô kích thước 20x25cm. + Hộp kết nối tấm nhận ảnh (Nhập khẩu đồng bộ với hệ thống DR). + Cáp tín hiệu kết nối tấm nhận ảnh. + Card internet. + Bộ ổn định điện áp và dòng điện UPS công suất 2KVA. + Các phụ kiện kèm theo để kết nối các thiết bị thành một hệ thống hoàn chỉnh như: cáp mạng, bộ chia mạng, dây nguồn, ổ cắm điện. + Tài liệu hướng dẫn Tiếng Anh, Tiếng Việt.	Hệ thống	01	
2	<b>Máy điện tim 12 kênh, bao gồm:</b> - Máy chính - Cáp đo điện tim - Bộ điện cực - Máy in nhiệt tích hợp + Giấy in nhiệt - Dây nguồn AC - Pin dự phòng tích hợp - Hướng dẫn sử dụng Anh / Việt - Xe đẩy máy chuyên dụng	Máy	01	
3	<b>Monitor theo dõi sản khoa, bao gồm:</b>	Cái	01	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy chính</li> <li>- Đầu dò cơn gò (TOCO)</li> <li>- Đầu dò tim thai (theo dõi song thai)</li> <li>- Bộ đánh dấu chuyển động thai</li> <li>- Máy in nhiệt + Giấy in</li> <li>- Dây cố định đầu dò</li> <li>- Dây nguồn AC</li> <li>- Hướng dẫn sử dụng Anh/Việt</li> <li>- Xe đẩy máy chuyên dụng</li> </ul>			
4	<p><b>Đèn phẫu thuật treo trần 2 nhánh Led, bao gồm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu đèn hợp kim nguyên khối tích hợp 2 tay cầm và bảng điều khiển cảm ứng kính cường lực</li> <li>- Hệ thống cánh tay treo trần đèn 2 nhánh</li> <li>- Tay nắm điều chỉnh đa chức năng dùng nhiều lần</li> <li>- Bộ nguồn</li> <li>- Bộ phụ kiện treo trần và lắp ráp (gồm miếng áp trần, trụ đèn và bao phủ chân đế)</li> <li>- Hướng dẫn sử dụng Anh/Việt</li> </ul>	Cái	01	
5	<p><b>Bàn mổ đa năng, bao gồm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bàn mổ chính</li> <li>- Giá đỡ tay</li> <li>- Bộ đỡ vai</li> <li>- Bộ nâng đỡ chân (tích hợp)</li> <li>- Khung treo gây mê</li> <li>- Bộ điều khiển</li> <li>- Đai cố định phần hông</li> <li>- Dây điện nguồn</li> <li>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt</li> </ul>	Cái	01	
6	<p><b>Máy gây mê kèm thở, bao gồm:</b></p> <p>6.1. Máy gây mê SL-210:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Máy chính</li> <li>- Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo:</li> <li>+ 01 ống và van điều chỉnh oxy</li> <li>+ 01 ống và van điều chỉnh khí N2O</li> <li>+ 01 ống thở kèm ống nối hình chữ Y</li> <li>+ 02 mask chụp miệng</li> <li>+ 01 bóp bóng thở</li> <li>+ 01 bình vôi sô đa</li> <li>+ 01 Bình bốc hơi Isoflurane</li> <li>+ 01 Đồng hồ áp lực phổi</li> </ul> <p>6.2. Máy thở SS-1200:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Máy chính</li> </ul>	Máy	01	



	- Phụ kiện kèm theo: + 01 Bộ chia 3 đường nối máy thở và bóp bóng + 01 Dây dẫn gấp nếp bằng nhựa + 01 Xe đẩy chính hãng: chiếc + 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh			
7	<b>Giường 2 tay quay:</b> Giường chăm sóc bệnh nhân nặng điều khiển bằng tay đặc biệt thuận tiện sử dụng trong các phòng hồi sức cấp cứu.	Cái	03	

