

Số: 456 /BVM-KDVTYT-CLS  
V/v yêu cầu báo giá thủy tinh thể  
nhân tạo

Ninh Thuận, ngày 18 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm bổ sung thủy tinh thể nhân tạo năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Văn thư Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận, số điện thoại 02593821865
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng tổ chức-Hành chính-Điều dưỡng-Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận, địa chỉ: 368 Ngô Gia Tự, TP Phan Rang-Ninh Thuận
- Nhận qua email: dauthaubvm2022@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 18 tháng 7 năm đến trước 17h ngày 01 tháng 8 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2023

### **II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục vật tư y tế (đính kèm phụ lục 1)
2. Địa điểm cung cấp hàng hóa : Khoa Dược-VTYT-CLS Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận

Rất mong được sự hợp tác của các Công ty./.

Ghi chú: Số lượng báo giá: 02 bộ

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, KDVTYTCLS





## PHỤ LỤC 1

### DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO DÙNG TRONG PHẪU THUẬT NHÂN KHOA DỰ KIẾN MUA SẴM NĂM 2023

(Đính kèm Công văn số 458 /BYM-KDVTYT-CLS ngày 18 /7/ 2023 của Bệnh viện Mắt Ninh Thuận)

STT	Danh mục mới chào giá	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, ky nước, màu vàng, 2 càng	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh, 2 càng</li><li>- Thiết kế bề mặt phi cầu</li><li>- Chất liệu: Acrylic ky nước (Acrylic hydrophobic).</li><li>- Màu sắc: Màu vàng</li><li>- Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh.</li><li>- Đường kính optic: Từ khoảng 5.5 mm đến 6.5 mm.</li><li>- Đường kính tổng: Từ khoảng 10.5 mm đến 14 mm.</li><li>- Dải công suất kính: Từ <math>\leq 10D</math> đến <math>\geq 30.0D</math>.</li><li>- Chỉ số khúc xạ <math>\geq 1.46</math></li><li>- Kính qua được vết mổ <math>\leq 2.2</math> mm</li><li>- Lắp sẵn hoặc kèm dụng cụ đặt kính</li></ul>	Cái	320
<b>Tổng cộng : 01 Khoản</b>				





*(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)*

Giá trên là giá đã bao gồm thuế và các loại phí

2. Báo giá có hiệu lực từ ngày...../..... đến ngày ...../...../..... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2023

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ngày .....tháng ..... năm ...

**Đại diện theo Pháp Luật**

(Ký tên và đóng dấu)