

Số: 511 /BVCR-TTBYT  
Về việc yêu cầu báo giá bóng đèn  
xenon

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2023

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Chợ Rẫy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp năm 2023 của Bệnh viện Chợ Rẫy với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chợ Rẫy – 201B Nguyễn Chí Thanh, P12, Quận 5
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
Họ tên: Đào Văn Hiệp  
Số điện thoại: 028.38.554.137 – 028.38.554.138 – Line 1213  
Địa chỉ email: baogia.bvcr@gmail.com

### 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Phòng Tổ Chức - Hành Chính) địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.
- Địa chỉ email: baogia.bvcr@gmail.com nhận file mềm excel và bản scan.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá : Từ 08h ngày 14 tháng 9. năm 2023 đến trước 17h ngày 28 tháng 9. năm 2023

**Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.**

- Thời hạn hiệu lực của báo giá : Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ...28.. tháng ...9... năm .2023



**II. Nội dung yêu cầu báo giá :**

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
1	Bóng đèn xenon 300W dùng cho nguồn sáng trên hệ thống nội soi và hệ thống phẫu thuật nội soi	- Tương thích với nguồn sáng 300W tích hợp trên hệ thống nội soi hãng Olympus (model: CV-190), hệ thống phẫu thuật nội soi hãng Karl Storz (model: TC200-TC300; TC300; C1000; TC-301; TC200EN), hệ thống nội soi hãng Karl Storz (model: 20233020), hệ thống phẫu thuật nội soi hãng Aesculap (model: Einstein Vision 2.0) - Công suất 300W - Thời gian bảo hành: 500 giờ	61	Cái
2	Bóng đèn xenon 175W dùng cho nguồn sáng trên hệ thống phẫu thuật nội soi	- Tương thích với nguồn sáng 175W tích hợp trên hệ thống phẫu thuật nội soi hãng Karl Storz (model: 20233011; 20232020) và nguồn sáng của hãng Karl Storz (model 20131520) - Công suất 175W - Thời gian bảo hành: 500 giờ	7	Cái
3	Bóng đèn 180W dùng cho kính hiển vi phẫu thuật.	- Tương thích với kính hiển vi phẫu thuật của hãng Carl Zeiss (model: Opmi Sensera, Opmi Vario S88, Opmi Vario 700) - Bóng đèn phóng, loại đèn Xenon 180W dùng lắp trong kính hiển vi phẫu thuật - Thời gian bảo hành: 500 giờ	10	Cái
4	Bóng đèn 300W dùng cho kính hiển vi phẫu thuật	- Tương thích cho kính hiển vi phẫu thuật của hãng Leica (model: Provido, MF525 F50) - Công suất: 300W - Thời gian bảo hành: 500 giờ	8	Cái

1. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại "Bảng mô tả" đính kèm
2. Thời gian giao hàng dự kiến: (Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu)

3. Dự kiến về điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Về tạm ứng: Sau khi nhà thầu đã hoàn tất việc ký hợp đồng và thực hiện bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, sẽ được tạm ứng tối đa không quá 30% giá trị hợp đồng.
  - Về thanh toán: Việc thanh toán sẽ được thanh toán tối đa không quá 90 ngày kể từ ngày xuất hoá đơn và nhà thầu cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ, hàng hoá đã được giao đủ cho Bệnh viện. Thẻ hiện bằng biên bản bàn giao và nghiệm thu. Lưu ý các chứng từ thanh toán có thể được điều chỉnh trong quá trình thực hiện hợp đồng theo quy định của quản lý tài chính của Nhà nước.
4. Các thông tin khác (nếu có).
5. Các nhà cung cấp báo giá theo Phụ lục mẫu yêu cầu báo giá và báo giá theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế.
6. Các nhà cung cấp báo giá gửi bản scan tài liệu có mộc của công ty qua địa chỉ email: [baogiatbytc@gmail.com](mailto:baogiatbytc@gmail.com)

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng Trang thiết bị y tế (để đăng tin)
- Lưu HC, TTBYT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tri Thức



