

Số: 518 /BVCR-TTBYT
Về việc yêu cầu báo giá Máy
hút mỡ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Chợ Rẫy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp năm 2023 của Bệnh viện Chợ Rẫy với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chợ Rẫy – 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Họ tên: Đào Văn Hiệp
Số điện thoại: 028.38.554.137 – 028.38.554.138 – Line 1213
Địa chỉ email: baogia.bvcr@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Phòng Tổ Chức - Hành Chính) địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.
 - Địa chỉ email: baogia.bvcr@gmail.com nhận file mềm excel và bản scan.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá : Từ 08h ngày 21 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h ngày 05 tháng 10 năm 2023
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn hiệu lực của báo giá : Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ...05... tháng 10... năm 2023.



II. Nội dung yêu cầu báo giá :

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
1	MÁY HÚT MỠ	<p>I. YÊU CẦU CHUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị đáp ứng chất lượng tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Thiết bị mới 100%, được sản xuất từ năm 2023 trở về sau - Môi trường hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ hoạt động 21 - 26°C + Độ ẩm hoạt động tối đa 70%. - Thiết bị sử dụng nguồn điện: 220V / 50Hz <p>II. YÊU CẦU CẤU HÌNH</p> <p>Máy chính : 01 cái Tay cầm điều khiển: 01 Cái Khay đựng tiệt trùng: 01 Cái Dây cáp kết nối tay cầm với máy chính: 01 Cái Ống hút tương thích với tay cầm điều khiển, có chức năng đánh tan và hút mỡ, cụ thể gồm: Ống hút đường kính khoảng 5mm: 02 ống Ống hút đường kính khoảng 4mm: 04 ống Ống hút đường kính khoảng 3mm: 02 ống Ống hút cây mỡ: 02 ống Ống hút đường kính khoảng 4mm, cong : 01 ống Ống hút dẹp đường kính từ 2mm – 3mm: 01 ống Ống hút Silicon – dùng 1 lần: 05 Cái Dây nguồn: 01 Cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ Bình chứa mỡ để cây: 02 cái</p> <p>III. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cơ chế đánh tan mỡ: rung cơ học tần số cao <p>IV. YÊU CẦU KHÁC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảo hành toàn bộ hệ thống thiết bị và phụ kiện kèm theo: ≥ 12 tháng, có báo giá bảo hành toàn bộ thiết bị hàng năm. 	01	Máy

1. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại “Bảng mô tả” đính kèm

2. Thời gian giao hàng dự kiến: (Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu)
3. Dự kiến về điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
 - Về tạm ứng: Sau khi nhà thầu đã hoàn tất việc ký hợp đồng và thực hiện bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, sẽ được tạm ứng tối đa không quá 30% giá trị hợp đồng.
 - Về thanh toán: Việc thanh toán sẽ được thanh toán tối đa không quá 90 ngày kể từ ngày xuất hoá đơn và nhà thầu cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ, hàng hoá đã được giao đủ cho Bệnh viện. Thẻ hiện bằng biên bản bàn giao và nghiệm thu. Lưu ý các chứng từ thanh toán có thể được điều chỉnh trong quá trình thực hiện hợp đồng theo quy định của quản lý tài chính của Nhà nước.
4. Các thông tin khác (nếu có).
5. Các nhà cung cấp báo giá theo Phụ lục mẫu yêu cầu báo giá và báo giá theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Trang thiết bị y tế (để đăng tin)
- Lưu HC, TTBYT.



Nguyễn Tri Thức

