

Số: 519 /BVCR-TTBYT  
Về việc yêu cầu báo giá Máy  
siêu âm chuyên tim mạch máu  
4D, 5 đầu dò

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2023

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Chợ Rẫy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp năm 2023 của Bệnh viện Chợ Rẫy với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chợ Rẫy – 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5
  - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
Họ tên: Đào Văn Hiệp  
Số điện thoại: 028.38.554.137 – 028.38.554.138 – Line 1213  
Địa chỉ email: baogia.bvcr@gmail.com
  - Cách thức tiếp nhận báo giá:
    - Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Phòng Tổ Chức - Hành Chính) địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.
    - Địa chỉ email: baogia.bvcr@gmail.com nhận file mềm excel và bản scan.
  - Thời hạn tiếp nhận báo giá : Từ 08h ngày 21 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h ngày 05 tháng 10 năm 2023
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.**
- Thời hạn hiệu lực của báo giá : Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ...05.. tháng ..10... năm ..2023



## II. Nội dung yêu cầu báo giá :

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
1	<b>MÁY SIÊU ÂM CHUYÊN TIM MẠCH MÁU 4D, 5 ĐẦU DÒ</b>	<p><b>I. YÊU CẦU CHUNG:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thiết bị mới 100% sản xuất năm 2023 trở về sau.</li><li>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 13485 hoặc tương đương.</li><li>- Điện áp sử dụng: 220V, 50/60 Hz</li><li>- Môi trường làm việc, đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Nhiệt độ hoạt động: 20 - 30°C</li><li>+ Độ ẩm tối đa: 75%</li></ul></li></ul> <p><b>II. YÊU CẦU CẤU HÌNH:</b></p> <p>Máy chính kèm màn hình theo dõi, màn hình phụ điều khiển cảm ứng, bàn điều khiển, xe đẩy tích hợp đồng bộ và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 5 đầu dò:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Đầu dò siêu âm bụng tổng quát (Convex) đa tần số: 01 cái</li><li>+ Đầu dò siêu âm mạch máu (Linear) đa tần số: 01 cái</li><li>+ Đầu dò siêu âm tim người lớn (Sector) đa tần số : 01 cái</li><li>+ Đầu dò siêu âm tim người lớn 4D: 01 cái</li><li>+ Đầu dò siêu âm tim người lớn qua thực quản 4D: 01 cái</li></ul></li><li>- Phần mềm đi kèm gồm:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Phần mềm tự động phân tích chức năng tâm thất trái trên ảnh siêu âm 2D, 3D.</li><li>+ Phần mềm tính sức căng mô cơ tim và đánh dấu mô cơ tim trên tâm thất (Strain, speckle tracking) trên ảnh siêu âm 2D, 3D.</li><li>+ Phần mềm chuyên dụng: khảo sát tim 3D, 4D qua thành ngực.</li><li>+ Phần mềm chuyên dụng: khảo sát tim 3D, 4D qua ngã thực quản.</li></ul></li></ul>	03	Máy

		<p>+ Phần mềm siêu âm tim, tổng quát, mạch máu tiêu chuẩn đi kèm theo máy</p> <p><b>Phụ kiện đi kèm:</b>  Máy in nhiệt, khổ A6: 01 cái  Bộ lưu điện (UPS), 2 KVA, online: 01 cái  Gel siêu âm : 05 kg  Bộ máy tính để bàn, kèm phụ kiện chuột, bàn phím: 01 bộ  Máy in laser màu, khổ giấy A4: 01 cái  Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng anh, tiếng việt, tài liệu kỹ thuật: 01 bộ  Máy ghi đĩa DVD bên ngoài (rời): 01 bộ  Dây điện tim đi kèm theo máy siêu âm: 01 dây</p> <p><b>III. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT</b>  Số cổng cắm đầu dò: <math>\geq 4</math> cổng</p> <p><b>IV. YÊU CẦU KHÁC</b>  - Bảo hành toàn bộ hệ thống thiết bị và phụ kiện kèm theo: <math>\geq 24</math> tháng</p>		
--	--	--	--	--

1. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại “Bảng mô tả” đính kèm
2. Thời gian giao hàng dự kiến: (Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu)
3. Dự kiến về điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
  - Về tạm ứng: Sau khi nhà thầu đã hoàn tất việc ký hợp đồng và thực hiện bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, sẽ được tạm ứng tối đa không quá 30% giá trị hợp đồng.
  - Về thanh toán: Việc thanh toán sẽ được thanh toán tối đa không quá 90 ngày kể từ ngày xuất hoá đơn và nhà thầu cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ, hàng hoá đã được giao đủ cho Bệnh viện. Thẻ hiện bằng biên bản bàn giao và nghiệm thu. Lưu ý các chứng từ thanh toán có thể được điều chỉnh trong quá trình thực hiện hợp đồng theo quy định của quản lý tài chính của Nhà nước.
4. Các thông tin khác (nếu có).



5. Các nhà cung cấp báo giá theo Phụ lục mẫu yêu cầu báo giá và báo giá theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng Trang thiết bị y tế (để đăng tin)
- Lưu HC, TTBYT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tri Thức