

Số: 33 /BVCR-TTBYT
V/v: Về việc yêu cầu báo giá

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Chợ Rẫy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp “Máy siêu âm tổng quát có chức năng đo độ đàn hồi” năm 2024 của Bệnh Viện Chợ Rẫy với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

BỆNH VIỆN CHỢ RẪY. Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Đào Văn Hiệp – Số điện thoại: 028.38.554.137 – 028.38.554.138 – Line: 1213.

Email: baogia.bvcr@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Phòng Tổ chức – Hành chính), địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Địa chỉ email: baogia.bvcr@gmail.com nhận file mềm và bản scan (có đóng dấu giáp lai các tài liệu đính kèm).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

– Từ 08h00 ngày 19 tháng 01 năm 2024 đến trước 17h ngày 30 tháng 01 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.



5. Thời hạn hiệu lực của báo giá :

- Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy siêu âm tổng quát có chức năng đo độ đàn hồi	theo mô tả “phụ lục 01: yêu cầu tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản máy siêu âm tổng quát có chức năng đo độ đàn hồi”	07	cái

LƯU Ý:

- Hồ sơ báo giá thực hiện theo “Biểu mẫu 01” biểu mẫu báo giá và hoàn thiện nội dung đáp ứng theo đúng cấu trúc “Biểu mẫu 02” trong hồ sơ yêu cầu báo giá. Không được thay đổi định dạng hoặc bỏ trống, nếu có điều chỉnh định dạng của biểu mẫu này có thể bị xem là không hợp lệ đối với những nội dung không đúng định dạng của biểu mẫu. Việc đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của bảng báo giá chỉ dựa vào biểu mẫu 01 và 02;
- Trong cột khả năng đáp ứng của đơn vị cung cấp, vui lòng ghi rõ theo hướng dẫn ở từng mục và bổ sung tài liệu đính kèm (nếu có). Trường hợp có hạng mục nào không đáp ứng vui lòng ghi rõ lý do và đề xuất ở “cột ghi chú” để Bệnh viện xem xét.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Trang thiết bị y tế (để đăng tin)
- Lưu HC, TTBYT .



PHỤ LỤC 01

Yêu cầu tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản Máy siêu âm tổng quát có chức năng đo độ đàn hồi

I	YÊU CẦU CHUNG	
1	Chất lượng hàng hoá:	Mới 100%
2	Năm sản xuất:	2023 trở đi
3	Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng:	ISO 13485
4	Đạt một trong các tiêu chuẩn/chứng nhận chất lượng sau:	+ FDA - Food and Drug Administration (Mỹ) + CE - EU Certificate (Châu Âu) + JIS - Japanese Industrial Standards (Nhật Bản)
4	Điện áp sử dụng:	220V, 50/60Hz.
5	Môi trường hoạt động:	
5.1	+ Nhiệt độ tối đa:	≥ 30°C
5.2	+ Độ ẩm tối đa:	≥ 75%
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH	
Đảm bảo cung cấp đầy đủ cấu hình chuẩn theo dòng máy, ngoài ra, đảm bảo tối thiểu có các yêu cầu:		
A	Phân cứng:	
1	- Máy chính:	01 cái
2	- Đầu dò tổng quát:	01 cái
3	- Đầu dò mạch máu:	01 cái
4	- Bộ máy tính gồm: màn hình, bộ xử lý, bàn phím, chuột	01 bộ
5	- Máy in màu:	01 cái
6	- Máy in nhiệt:	01 cái
7	- Bộ lưu điện (UPS):	01 cái
8	- Giấy siêu âm dùng cho máy in nhiệt:	05 cuộn
9	- Gel siêu âm:	05 kg

Handwritten signature and initials

10	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì sửa chữa bằng tiếng Anh, tiếng Việt:	01 bộ
B	Phần mềm:	
1	- Phần mềm đàn hồi định tính, khảo sát Gan – Vú – Giáp:	01 bộ
2	- Phần mềm đàn hồi định lượng, khảo sát Gan – Vú – Giáp:	01 bộ
3	- Phần mềm siêu âm vi mạch máu:	01 bộ
III	YÊU CẦU TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
A	Phần cứng:	
1	- Máy chính:	Không phải dạng xách tay, di động
2	- Số ổ cắm đầu dò:	≥ 3 ổ cắm
3	- Độ sâu thăm khám:	≥ 40 cm
4	- Màn hình hiển thị:	≥ 21 inches
5	- Màn hình phụ:	Điều khiển cảm ứng, kích thước ≥ 10 inches
6	- Ổ cứng lưu trữ dữ liệu:	Tích hợp trong máy, loại SSD hoặc HDD
7	- Có cổng xuất tín hiệu:	HDMI, USB, DICOM hoặc tương đương
8	Chế độ hoạt động:	<ul style="list-style-type: none"> - Chế độ B - Chế độ M - Chế độ Doppler màu - Chế độ Doppler năng lượng - Chế độ Doppler xung - Chế độ hoà âm mô - Chế độ đo đàn hồi
9	- Đầu dò tổng quát:	Có công nghệ đơn tinh thể
10	- Đầu dò mạch máu:	Có công nghệ ma trận
11	- Bộ máy tính:	Phần cứng đáp ứng vận hành được hệ điều hành Microsoft Windows 10 trở lên. Tích hợp card thu hình (Capture card) để thu nhận hình ảnh từ máy siêu âm.

12	- Máy in màu:	Khổ A4, in laser hoặc tương đương
13	- Máy in nhiệt:	Khổ A6 hoặc tương đương
14	- Bộ lưu điện (UPS):	Có tích hợp bộ lọc nhiễu điện, 1KVA trở lên
B	Phần mềm:	
1	- Phần mềm đàn hồi định tính, khảo sát Gan – Vú – Giáp:	Có bản đồ màu để đối chiếu độ cứng của mô.
2	- Phần mềm đàn hồi định lượng, khảo sát Gan – Vú – Giáp:	+ Hiện thị độ cứng thông qua chỉ số áp lực (Kpa - kilopascal) và chỉ số vận tốc (m/s – mét/giây) + Có chức năng lấy mẫu đo đặc tại nhiều khu vực khảo sát (ROI - region of interest)
3	- Phần mềm siêu âm vi mạch máu:	Siêu âm mạch máu, dòng chảy chậm tại khu vực khảo sát (ROI - region of interest)
IV.	YÊU CẦU KHÁC	
1	- Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;	
2	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu; bàn giao đưa vào sử dụng;	
3	- Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất:	
4	- Thời gian khắc phục các hư hỏng, sai sót trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu;	
5	- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế sau thời gian bảo hành: ≥ 10 năm	
6	- Lắp đặt, đào tạo và chuyển giao công nghệ tại Bệnh viện.	
7	- Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất, hoặc đại lý phân phối chính thức của nhà sản xuất;	
8	- Cam kết cung cấp giấy chứng nhận chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) của thiết bị khi bàn giao hàng hóa;	
9	- Có báo giá bảo trì, phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi tối thiểu 5 năm sau thời gian bảo hành.	

Biểu mẫu 01**Mẫu báo giá**

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số /BVCR-TTBYT ngày của Bệnh viện Chợ Rẫy, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Máy siêu âm tổng quát có chức năng đo độ đàn hồi					07				

Đính kèm:

- *Biểu mẫu 02: yêu cầu tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản Máy siêu âm tổng quát có chức năng đo độ đàn hồi*
- *Các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế*

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà
cung cấp⁽¹²⁾**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế" trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế".
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
- (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
- (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
- (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
- (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
- Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
- (12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.
- Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Handwritten mark

Handwritten mark

BIỂU MẪU 02

Yêu cầu tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản Máy siêu âm tổng quát có chức năng đo độ đàn hồi

Nội dung yêu cầu của Bệnh viện		Khả năng đáp ứng của đơn vị cung cấp (bổ sung thông tin)	Ghi chú vị trí trang, tài liệu đính kèm (nếu có) đóng dấu xác nhận
YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA MÁY SIÊU ÂM TỔNG QUÁT CÓ CHỨC NĂNG ĐO ĐỘ ĐÀN HỒI			
I	YÊU CẦU CHUNG	Bổ sung thông số kỹ thuật đáp ứng hoặc ghi "cam kết hoặc không" với trường hợp không có thông số	
1	Chất lượng hàng hoá:	Mới 100%	
2	Năm sản xuất:	2023 trở đi	
3	Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng:	ISO 13485	
4	Đạt một trong các tiêu chuẩn/chứng nhận chất lượng sau:	+ FDA - Food and Drug Administration (Mỹ) + CE - EU Certificate (Châu Âu) + JIS - Japanese Industrial Standards (Nhật Bản)	
4	Điện áp sử dụng:	220V, 50/60Hz.	
5	Môi trường hoạt động:		
5.1	+ Nhiệt độ tối đa:	≥ 30°C	
5.2	+ Độ ẩm tối đa:	≥ 75%	

II	YÊU CẦU CẤU HÌNH		Cam kết hoặc không	
Đảm bảo cung cấp đầy đủ cấu hình chuẩn theo dòng máy, ngoài ra, đảm bảo tối thiểu có các yêu cầu:				
A	Phần cứng:		Bổ sung (số lượng cung cấp)	
1	- Máy chính:	01 cái		
2	- Đầu dò tổng quát:	01 cái		
3	- Đầu dò mạch máu:	01 cái		
4	- Bộ máy tính gồm: màn hình, bộ xử lý, bàn phím, chuột	01 bộ		
5	- Máy in màu:	01 cái		
6	- Máy in nhiệt:	01 cái		
7	- Bộ lưu điện (UPS):	01 cái		
8	- Giấy siêu âm dùng cho máy in nhiệt:	05 cuộn		
9	- Gel siêu âm:	05 kg		
10	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì sửa chữa bằng tiếng Anh, tiếng Việt:	01 bộ		
B	Phần mềm:		Bổ sung (số lượng cung cấp)	
1	- Phần mềm đàn hồi định tính, khảo sát Gan – Vú – Giáp:	01 bộ		

2	- Phần mềm đàn hồi định lượng, khảo sát Gan – Vú – Giáp:	01 bộ		
3	- Phần mềm siêu âm vi mạch máu:	01 bộ		
III	YÊU CẦU TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT			
A	Phần cứng:		Bổ sung thông số kỹ thuật đáp ứng hoặc ghi " có hoặc không " với trường hợp không có thông số	
1	- Máy chính:	không phải dạng xách tay, di động		
2	- Số ổ cắm đầu dò:	≥ 3 ổ cắm		
3	- Độ sâu thăm khám:	≥ 40cm		
4	- Màn hình hiển thị:	≥ 21 inches		
5	- Màn hình phụ:	Điều khiển cảm ứng, kích thước ≥ 10 inches		
6	- Ổ cứng lưu trữ dữ liệu:	Tích hợp trong máy, loại SSD hoặc HDD		
7	- Có cổng xuất tín hiệu:	HDMI, USB, DICOM hoặc tương đương		
8	Chế độ hoạt động:	- Chế độ B - Chế độ M - Chế độ Doppler màu - Chế độ Doppler năng lượng - Chế độ Doppler xung - Chế độ hoà âm mô - Chế độ đo đàn hồi		
9	- Đầu dò tổng quát:	Có công nghệ đơn tinh thể		

10	- Đầu dò mạch máu:	Có công nghệ ma trận		
11	- Bộ máy tính:	Phần cứng đáp ứng vận hành được hệ điều hành Microsoft Windows 10 trở lên. Tích hợp card thu hình (Capture card) để thu nhận hình ảnh từ máy siêu âm.		
12	- Máy in màu:	Khổ A4, in laser hoặc tương đương		
13	- Máy in nhiệt:	Khổ A6 hoặc tương đương		
14	- Bộ lưu điện (UPS):	Có tích hợp bộ lọc nhiễu điện, 1KVA trở lên		
B	Phần mềm:			
1	- Phần mềm đàn hồi định tính, khảo sát Gan – Vú – Giáp:	Có bản đồ màu để đối chiếu độ cứng của mô.		
2	- Phần mềm đàn hồi định lượng, khảo sát Gan – Vú – Giáp:	+ Hiển thị độ cứng thông qua chỉ số áp lực (Kpa - kilopascal) và chỉ số vận tốc (m/s – mét/giây) + Có chức năng lấy mẫu đo đặc tại nhiều khu vực khảo sát (ROI - region of interest)		
3	- Phần mềm siêu âm vi mạch máu:	Siêu âm mạch máu, dòng chảy chậm tại khu vực khảo sát (ROI - region of interest)		

Ue

Usc

		Bổ sung thông số kỹ thuật đáp ứng hoặc ghi " có hoặc không " với trường hợp không có thông số	
IV. YÊU CẦU KHÁC			
1	- Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;		
2	- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu; bàn giao đưa vào sử dụng;		
3	- Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất:		
4	- Thời gian khắc phục các hư hỏng, sai sót trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu;		
5	- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế sau thời gian bảo hành: ≥ 10 năm		
6	- Lắp đặt, đào tạo và chuyển giao công nghệ tại Bệnh viện.		
7	- Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất, hoặc đại lý phân phối chính thức của nhà sản xuất;		
8	- Cam kết cung cấp giấy chứng nhận chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) của thiết bị khi bàn giao hàng hóa;		
9	- Có báo giá bảo trì, phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi tối thiểu 5 năm sau thời gian bảo hành.		
V.	CẤU HÌNH, CHỨC NĂNG, TÍNH NĂNG TĂNG THÊM CỦA HỆ THỐNG MÀ KHÔNG LÀM THAY ĐỔI GIÁ CỦA GÓI THẦU	Bổ sung thông tin (nếu có)	
1			
...			