

**BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN CHỢ RẪY**

Số: 71 /BVCR-TTBYT
Về việc gia hạn thời hạn tiếp
nhận báo giá của yêu cầu báo
giá số 29/BVCR-TTBYT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

Kính gửi: nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Ngày 18/01/2024, Bệnh viện Chợ Rẫy đã ban hành công văn số 29/BVCR-TTBYT về việc yêu cầu báo giá gói thầu cung cấp “Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện/ phụ kiện và dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện trong 36 tháng cho 27 máy giúp thở (Model: CARESCAPE R860, Hãng: GE Healthcare) và 2 máy nén khí (Model: Evair, Hãng: IMT.Analytics)” với thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 19/01/2024 đến trước 17h00 ngày 30/01/2024.

Đến nay, Bệnh viện Chợ Rẫy chưa tiếp nhận được đủ báo giá theo quy định. Vì vậy, Bệnh viện Chợ Rẫy xin thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận báo giá của công văn yêu cầu báo giá số 29/BVCR-TTBYT: từ sau 17h00 ngày 30/01/2024 đến trước 17h00 ngày 23/02/2024. Các báo giá nhận được sau thời gian trên sẽ không được xem xét.

Đính kèm: công văn yêu cầu báo giá số 29/BVCR-TTBYT ngày 18/01/2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Trang thiết bị y tế (để đăng tin)
- Lưu HC, TTBYT.



Nguyễn Tri Thức

Số: 29 /BVCR-TTBYT
V/v: yêu cầu báo giá gói thầu
cung cấp dịch vụ sửa chữa và
dịch vụ bảo trì bảo dưỡng bao
gồm thay thế linh kiện/phụ kiện

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Chợ Rẫy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm “Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện/ phụ kiện và dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện trong 36 tháng cho 27 máy giúp thở (Model: CARESCAPE R860, Hãng: GE Healthcare) và 2 máy nén khí (Model: Evair, Hãng: IMT.Analytics)” năm 2024 của Bệnh Viện Chợ Rẫy với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- BỆNH VIỆN CHỢ RẪY. Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Đào Văn Hiệp – Số điện thoại: 028.38.554.137 – 028.38.554.138 – Line: 1213.
Email: baogia.bvcr@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Phòng Tổ chức – Hành chính), địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.
- Địa chỉ email: baogia.bvcr@gmail.com nhận file mềm và bản scan (có đóng dấu giáp lai các tài liệu đính kèm).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá :

- Từ 08h00 ngày 19 tháng 01 năm 2024 đến trước 17h ngày 30 tháng 01 năm 2024.

Uz
ba

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá :

- Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện/ phụ kiện cho 27 máy giúp thở (Model: CARESCAPE R860, Hãng: GE Healthcare) và 2 máy nén khí (Model: Evair, Hãng: IMT.Analytics) (đính kèm “phụ lục 01: thông tin về thiết bị và hoạt động của thiết bị”)	Theo phụ lục 02: Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện/ phụ kiện	01	Gói	Bệnh viện Chợ Rẫy	Dự kiến 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện trong 36 tháng cho 27 máy giúp thở và 02 máy nén khí (Theo Bảng 02 đính kèm). (đính kèm “phụ lục 01: thông tin về thiết bị và hoạt động của thiết bị”)	Theo phụ lục 02: Danh mục dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện	01	Gói	Bệnh viện Chợ Rẫy	Thời gian thực hiện dịch vụ: 36 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

LƯU Ý:

- Các đơn vị cung cấp báo giá theo đơn giá từng danh mục dịch vụ.
- Hình thức xét chọn: loại hợp đồng trọn gói bao gồm tất cả các danh mục dịch vụ đáp ứng.

W

- Hồ sơ báo giá thực hiện theo “Biểu mẫu 01” và hoàn thiện nội dung đáp ứng theo đúng cấu trúc “Biểu mẫu 02” trong hồ sơ yêu cầu báo giá. Không được thay đổi định dạng hoặc bỏ trống, nếu có điều chỉnh định dạng của biểu mẫu này có thể bị xem là không hợp lệ đối với những nội dung không đúng định dạng của biểu mẫu. Việc đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của bảng báo giá chỉ dựa vào “Biểu mẫu 01 và 02”.
- Trong cột khả năng đáp ứng của đơn vị cung cấp vui lòng ghi rõ “có hoặc không” ở từng mục. Nếu có hạng mục nào không đáp ứng vui lòng ghi rõ lý do và đề xuất ở “cột ghi chú” để Bệnh viện xem xét.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Trang thiết bị y tế (để đăng tin)
- Lưu HC, TTBYT .

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BỘ. BỆNH VIỆN
CHỢ RẪY
Lâm Việt Trung

Lâm Việt Trung

PHỤ LỤC 01

THÔNG TIN VỀ THIẾT BỊ VÀ HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ

1. Thông tin thiết bị:

1.1. Máy giúp thở

Tên thiết bị: Máy giúp thở – Hãng: GE – Model : CARESCAPE R860			
STT	Số Serial	Năm đưa vào sử dụng	Khoa sử dụng
1	CBRY02586 (kèm máy nén khí Air, số SN: GEA03020)	2022	7B3
2	CBRY02569 (kèm máy nén khí Air, số SN: GEA03017)	2022	7B3
3	CBR200800	2022	7B3
4	CBR201069	2022	PTT
5	WBRA00700	2022	PTT
6	WBRA00783	2022	PTT
7	WBRA00696	2022	PTT
8	WBRA00706	2022	PTT
9	WBRA00717	2022	PTT
10	CBRU02402	2015	HSCC-B
11	CBRA21125	2021	HSCC-B
12	CBRA21156	2021	HSCC-B
13	CBRA21111	2021	HSCC-B
14	CBRA21072	2021	HSCC-B
15	CBRZ40174	2021	HSCC-B
16	CBRA21092	2021	HSCC-B
17	CBRA21112	2021	HSCC-B
18	CBRZ40178	2021	HSCC-B
19	CBRA21152	2021	HSCC-B

Vz

20	CBRA21106	2021	HSCC-B
21	CBRA21109	2021	HSCC-B
22	CBRA21158	2021	HSCC-B
23	CBRU02400	2015	HSCC-B
24	CBRZ40176	2021	HSCC-B
25	WBRA00688	2023	Điều trị giảm nhẹ
26	WBRA00685	2023	Điều trị giảm nhẹ
27	WBRA00684	2023	Điều trị giảm nhẹ

- Tình trạng hiện tại: máy đang hết bảo hành, không có hợp đồng bảo trì.
- Vị trí thiết bị: Đặt tại Khoa sử dụng.
- Cấu hình tiêu chuẩn của 27 thiết bị:

STT	Tên thiết bị, phụ kiện	Hãng	Số lượng
1	Máy chính tích hợp màn hình cảm ứng	GE	27
2	Xe đẩy theo máy	GE	27

1.2. Máy nén khí

- Số lượng: 2 máy
- Model: Evair
- Nhà sản xuất: IMT.Analytics
- Số serial: GEA03020; GEA03017
- Tình trạng hiện tại: máy đang hết bảo hành, không có hợp đồng bảo trì.
- Đơn vị sử dụng: Khoa Nội Tim Mạch
- Vị trí thiết bị: Khoa Nội Tim Mạch
- Cấu hình tiêu chuẩn của 2 máy: Máy chính – Số lượng: 02

2. Thông tin về hoạt động của hệ thống/thiết bị:

- Tình trạng hoạt động của thiết bị, theo đánh giá từ đơn vị được hãng uỷ quyền:
 - + 27 máy thở: đang hoạt động nhưng cần theo dõi
 - + 02 máy nén khí: bơm yếu.
- Các lỗi hiện tại trên các máy:

Handwritten signature

Handwritten signature

Máy giúp thở – Hãng: GE – Model : CARESCAPE R860		
STT	Số seri	Tình trạng hư hỏng
1	CBRY02569	- Flow sensor sử dụng trên 6 tháng. - Lỗi pin.
2	CBRY02586	- Flow sensor sử dụng trên 6 tháng. - Lỗi pin.
3	CBR200800	- Đường air đọng nhiều nước. - Lọc nước đường air đổi màu, bẫy nước đọng nhiều nước. - Flow sensor sử dụng trên 6 tháng.
4	CBRU02402	- Check out chấp chờn. - FCV leak 155ml/p, calib FCV O2, Air lâu pass.
5	CBRZ01069	- Lỗi pin.
6	WBRA00700	- Lỗi pin.
7	WBRA00783	- Lỗi pin.
8	WBRA00696	- Lỗi pin.
9	WBRA00706	- Lỗi pin.
10	WBRA00717	- Lỗi pin.
11	CBRZ40176	- Lỗi pin.
12	CBRU02400	- Lỗi pin.
13	CBRA21125	- Lỗi pin.
14	CBRA21156	- Lỗi pin.
15	CBRA21111	- Lỗi pin.
16	CBRA21072	- Lỗi pin.
17	CBRZ40174	- Lỗi pin.
18	CBRA21112	- Lỗi pin.
19	CBRZ40178	- Lỗi pin.

20	CBRA21152	- Lỗi pin.
21	CBRA21106	- Lỗi pin.
22	CBRA21109	- Lỗi pin.
23	CBRA21158	- Lỗi pin.
24	CBRA21092	- Lỗi pin.
25	WBRA00688	- Lỗi pin.
26	WBRA00685	- Lỗi pin.
27	WBRA00684	- Lỗi pin.
Máy nén khí – Hãng: IMT.Analytics – Model : Evair		
STT	Số seri	Tình trạng hư hỏng
1	GEA03017	- Bơm yếu
2	GEA03020	- Bơm yếu

- Lịch sử sửa chữa thay thế linh kiện vật tư (trong vòng ít nhất 12 tháng)

STT	Khoa/ Phòng	Serial	Thời điểm hư hỏng	Vật tư thay thế	Số lượng
1	HSCC-B	CBRU02402	29/09/2023	Pin	01 cái
				Cảm biến lưu lượng	01 cái
				Cáp pin	01 cái
2	HSCC-B	CBRU02400	29/09/2023	Pin	01 cái
				Cảm biến lưu lượng	01 cái
				Cáp	01 cái
25 máy thử còn lại và 02 máy nén: không có phát sinh hư hỏng thay thế linh kiện.					

Handwritten signature

Handwritten signature

PHỤ LỤC 02

Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện/ phụ kiện và dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện trong 36 tháng cho 27 máy giúp thở (Model: CARESCAPE R860, Hãng: GE Healthcare) và 2 máy nén khí (Model: Evair, Hãng: IMT.Analytics)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ
1	Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện/ phụ kiện cho 27 máy giúp thở (Model: CARESCAPE R860, Hãng: GE Healthcare) và 2 máy nén khí (Model: Evair, Hãng: IMT.Analytics)	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra trước và sau thay thế, lắp đặt linh kiện/phụ kiện/vật tư. - Dịch vụ bao gồm thay thế, lắp đặt các linh kiện/phụ kiện (Theo Bảng 01 đính kèm). - Cam kết các linh kiện/phụ kiện trên được thay mới 100% có chứng từ nhập khẩu. Các phụ kiện/linh kiện hư hỏng sau khi thay thế nhà thầu phải có trách nhiệm thu hồi. - Cam kết các linh kiện/phụ kiện sau khi thay thế được bảo hành theo chính sách bảo hành của nhà sản xuất kèm xác nhận từ nhà sản xuất - Cam kết người thực hiện dịch vụ phải được cấp chứng nhận đào tạo từ nhà sản xuất về chủng loại thiết bị thực hiện dịch vụ. - Đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất thiết bị, sau khi hoàn tất sửa chữa, thay thế linh kiện
2	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện trong 36 tháng cho 27 máy giúp thở và 02 máy nén khí (Theo Bảng 02 đính kèm).	<p>a. Phạm vi thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính tích hợp màn hình cảm ứng: 27 máy; - Xe đẩy theo máy: 27 máy. - Máy nén khí: 02 máy <p>b. Yêu cầu dịch vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảo dưỡng phòng ngừa: Thực hiện bảo dưỡng định kỳ theo đúng tần suất và quy trình nhà sản xuất. Nhà thầu đính kèm quy trình bảo dưỡng từ nhà sản xuất hoặc từ đơn vị được Hãng ủy quyền thực hiện dịch vụ, có giá trị pháp lý. - Thời gian thực hiện dịch vụ bảo trì:

		<ul style="list-style-type: none"> + Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu); + Khung giờ thực hiện: theo quy định của Hãng hoặc của đại lý được Hãng uỷ quyền thực hiện dịch vụ. - Hỗ trợ online (24/24) và kiểm tra, sửa chữa tại điểm đặt máy khi máy gặp sự cố đột xuất: không giới hạn số lần trong suốt thời gian bảo trì. - Thời gian phản hồi sau khi nhận yêu cầu từ Bệnh viện và có mặt tại địa điểm đặt máy để kiểm tra và sửa chữa. Áp dụng cho những ngày làm việc trong tuần: <ul style="list-style-type: none"> + Thời gian phản hồi: Trong vòng 30 phút kể từ khi nhận cuộc gọi; + Thời gian có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra nếu không khắc phục từ xa được: Trong vòng 04 giờ làm việc kể từ lúc nhận cuộc gọi thông báo sự cố; + Trong trường hợp sự cố xảy ra vào thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ, ngày lễ thì nhà thầu thực hiện tư vấn qua điện thoại nếu khẩn cấp để phục vụ bệnh nhân. - Cam kết thay thế tất cả các linh kiện/ phụ kiện cho toàn bộ hệ thống/máy theo phạm vi thực hiện, không giới hạn số lượng và không phát sinh chi phí của hợp đồng. - Tất cả linh kiện/phụ kiện sau khi được thay thế thì nhà thầu có trách nhiệm bảo hành theo chính sách bảo hành của Hãng đối với linh kiện/phụ kiện đó (có xác nhận chính sách bảo hành đính kèm). - Cam kết các linh kiện/phụ kiện thay thế phải chính Hãng, mới 100%, có chứng từ nhập khẩu, tương thích với hệ thống/ máy. Hệ thống/ máy sau khi sửa chữa phải hoạt động theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và đảm bảo chất lượng khi thực hiện công tác kiểm định theo quy định của pháp luật hiện hành. Các phụ kiện/linh kiện hư hỏng sau khi thay thế nhà thầu có thể thu hồi theo quy định của Hãng.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<ul style="list-style-type: none"> - Các lỗi hư hỏng khắc phục được nhưng vẫn tái diễn lại thì đến lần thứ 3 nhà thầu cam kết phải thay thế phụ kiện/linh kiện có ghi nhận lỗi chập chờn trên. - Cam kết tất cả hoạt động bảo trì được lưu lại và cập nhật cho bệnh viện cho đến khi hoàn tất và được báo cáo chi tiết. - Cam kết tổng thời gian dừng hệ thống/ máy trong suốt thời gian bảo trì ≤ 18 ngày/năm (bao gồm thứ 7, chủ nhật, lễ, tết). Nếu số ngày dừng hệ thống/ máy > 18 ngày thì với mỗi ngày dừng máy tiếp theo phải được gia hạn thêm thời gian bảo trì và được tính như sau: <ul style="list-style-type: none"> + 01 ngày dừng thành 2 ngày gia hạn; + Nếu tổng thời gian dừng máy vượt qua 60 ngày phải tìm giải pháp tối ưu. - Cách tính số ngày khi dừng hệ thống/ máy: <ul style="list-style-type: none"> + Đối với ngày làm việc trong tuần (không tính ngày lễ tết): <ul style="list-style-type: none"> o 2 - 4 giờ được tính là 1/2 ngày; o > 4 giờ được tính là 1 ngày. + Đối với thứ 7, CN, lễ tết. <ul style="list-style-type: none"> o > 8 giờ thì tính là 1 ngày. - Thời gian đáp ứng và thời gian dừng máy có thể thay đổi tùy theo chính sách của Hãng hoặc của đại lý được Hãng uỷ quyền thực hiện dịch vụ. - Cam kết đảm bảo hệ thống/ máy sau bảo trì hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn. - Cam kết theo dõi điều kiện hoạt động hệ thống/ máy (nhiệt độ, độ ẩm, ...) và cảnh báo cho bệnh viện biết nếu có bất thường vượt ngoài điều kiện của Hãng khuyến nghị. - Cam kết người thực hiện dịch vụ phải được cấp chứng nhận đào tạo từ nhà sản xuất về chủng loại thiết bị thực hiện dịch vụ. - Cam kết thực hiện theo quy trình công việc sau: <ul style="list-style-type: none"> + Đánh giá tình trạng máy trước bảo trì về tình trạng hoạt động của hệ thống/ máy và ghi nhận lại bằng biên bản có chữ ký của 2 bên;
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>+ Đánh giá tình trạng hệ thống/ máy sau bảo trì, các vấn đề đã sửa chữa và thay thế phụ kiện/linh kiện. Có biên bản ghi nhận cụ thể và có chữ ký của 2 bên.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ue

Ue

**BẢNG 01: CHI TIẾT YÊU CẦU SỬA CHỮA 27 MÁY GIÚP THỞ KÈM THAY
THỂ LINH KIỆN VẬT TƯ (MODEL: CARESCAPE R860; HÃNG GE
HEALTHCARE) VÀ 02 MÁY NÉN KHÍ (MODEL: EVAIR, HÃNG:
IMT.ANALYTICS)**

I. MÁY GIÚP THỞ, MODEL: CARESCAPE R860 – HÃNG: GE HEALTHCARE		
STT	SERIAL	CHI TIẾT SỬA CHỮA
1	CBRY02569	- Thay mới flow sensor - Thay mới pin dự phòng
2	CBRY02586	- Thay mới flow sensor - Thay mới pin dự phòng
3	CBR200800	- Thay mới o-ring - Thay mới filter - Thay mới bể nước - Thay mới flow sensor
4	CBRU02402	- Thay mới O2 FCV
5	CBRZ01069	- Thay mới pin dự phòng
6	WBRA00700	- Thay mới pin dự phòng
7	WBRA00783	- Thay mới pin dự phòng
8	WBRA00696	- Thay mới pin dự phòng
9	WBRA00706	- Thay mới pin dự phòng
10	WBRA00717	- Thay mới pin dự phòng
11	CBRZ40176	- Thay mới pin dự phòng
12	CBRU02400	- Thay mới pin dự phòng

13	CBRA21125	- Thay mới pin dự phòng
14	CBRA21156	- Thay mới pin dự phòng
15	CBRA21111	- Thay mới pin dự phòng
16	CBRA21072	- Thay mới pin dự phòng
17	CBRZ40174	- Thay mới pin dự phòng
18	CBRA21112	- Thay mới pin dự phòng
19	CBRZ40178	- Thay mới pin dự phòng
20	CBRA21152	- Thay mới pin dự phòng
21	CBRA21106	- Thay mới pin dự phòng
22	CBRA21109	- Thay mới pin dự phòng
23	CBRA21158	- Thay mới pin dự phòng
24	CBRA21092	- Thay mới pin dự phòng
25	WBRA00688	- Thay mới pin dự phòng
26	WBRA00685	- Thay mới pin dự phòng
27	WBRA00684	- Thay mới pin dự phòng

II. MÁY NÉN KHÍ, MODEL: EVAIR, HÃNG: IMT.ANALYTICS

STT	SERIAL	CHI TIẾT SỬA CHỮA
1	GEA03017	- Thay mới Annual Maintenance (Kit bảo trì năm)
2	GEA03020	- Thay mới Annual Maintenance (Kit bảo trì năm)

Uz

Uz

BẢNG 02: DANH SÁCH MÁY THỞ, MÁY NÉN KHÍ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG

I. MÁY THỞ				
STT	SERI MÁY		STT	SERIAL MÁY
1	CBRY02569		15	CBRA21111
2	CBRY02586		16	CBRA21072
3	CBR200800		17	CBRZ40174
4	CBRU02402		18	CBRA21112
5	CBRZ01069		19	CBRZ40178
6	WBRA00700		20	CBRA21152
7	WBRA00783		21	CBRA21106
8	WBRA00696		22	CBRA21109
9	WBRA00706		23	CBRA21158
10	WBRA00717		24	CBRA21092
11	CBRZ40176		25	WBRA00688
12	CBRU02400		26	WBRA00685
13	CBRA21125		27	WBRA00684.
14	CBRA21156			
II. MÁY NÉN KHÍ				
STT	SERI MÁY			
1	GEA03017			
2	GEA03020			

Ur

BIỂU MẪU 1 BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số/BVCR-TTBYT ngàycủa Bệnh viện Chợ Rẫy, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị y tế.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1	Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện/ phụ kiện cho 27 máy giúp thở (Model: CARESCAPE R860, Hãng: GE Healthcare) và 2 máy nén khí (Model: Evair, Hãng: IMT.Analytics) (đính kèm “phụ lục 01: thông tin về thiết bị và hoạt động của thiết bị”)	Theo phụ lục 02: Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện/ phụ kiện	01	gói		
2	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện trong 36 tháng cho 27 máy giúp thở và 02 máy nén khí (Theo Bảng 02 đính kèm). (đính kèm “phụ lục 01: thông tin về thiết bị và hoạt động của thiết bị”)	Theo phụ lục 02: Danh mục dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện	01	Gói		
Tổng cộng:						

(Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác của gói thầu)

Uz

lee

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ur

BIỂU MẪU 02

Yêu cầu dịch vụ: Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện/ phụ kiện và dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện trong 36 tháng cho 27 máy giúp thờ (Model: CARESCAPE R860, Hãng: GE Healthcare) và 2 máy nén khí (Model: Evair, Hãng: IMT.Analytics)

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khả năng đáp ứng của Đơn vị cung cấp (ghi rõ có hoặc không)	Ghi chú
1	Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện/ phụ kiện cho 27 máy giúp thờ (Model: CARESCAPE R860, Hãng: GE Healthcare) và 2 máy nén khí (Model: Evair, Hãng: IMT.Analytics)	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra trước và sau thay thế, lắp đặt linh kiện/phụ kiện/vật tư. - Dịch vụ bao gồm thay thế, lắp đặt các linh kiện/phụ kiện (<i>Theo Bảng 01 đính kèm</i>). - Cam kết các linh kiện/phụ kiện trên được thay mới 100% có chứng từ nhập khẩu. Các phụ kiện/linh kiện hư hỏng sau khi thay thế nhà thầu phải có trách nhiệm thu hồi. - Cam kết các linh kiện/phụ kiện sau khi thay thế được bảo hành theo chính sách bảo hành của nhà sản xuất kèm xác nhận từ nhà sản xuất - Cam kết người thực hiện dịch vụ phải được cấp chứng nhận đào tạo từ nhà sản xuất về chủng loại thiết bị thực hiện dịch vụ. - Đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất thiết bị, sau khi hoàn tất sửa chữa, thay thế linh kiện 		
2	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện trong 36	<p>a. Phạm vi thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính tích hợp màn hình cảm ứng: 27 máy; - Xe đẩy theo máy: 27 máy. 		


Uc

tháng cho 27
máy giúp thờ
và 02 máy nén
khí (*Theo Bảng
02 đính kèm*).

- Máy nén khí: 02 máy		
b. Yêu cầu dịch vụ:		
- Bảo dưỡng phòng ngừa: Thực hiện bảo dưỡng định kỳ theo đúng tần suất và quy trình nhà sản xuất. Nhà thầu đính kèm quy trình bảo dưỡng từ nhà sản xuất hoặc từ đơn vị được Hãng ủy quyền thực hiện dịch vụ, có giá trị pháp lý.		
- Thời gian thực hiện dịch vụ bảo trì:		
+ Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu);		
+ Khung giờ thực hiện: theo quy định của Hãng hoặc của đại lý được Hãng ủy quyền thực hiện dịch vụ.		
- Hỗ trợ online (24/24) và kiểm tra, sửa chữa tại điểm đặt máy khi máy gặp sự cố đột xuất: không giới hạn số lần trong suốt thời gian bảo trì.		
- Thời gian phản hồi sau khi nhận yêu cầu từ Bệnh viện và có mặt tại địa điểm đặt máy để kiểm tra và sửa chữa. Áp dụng cho những ngày làm việc trong tuần:		
+ Thời gian phản hồi: Trong vòng 30 phút kể từ khi nhận cuộc gọi;		
+ Thời gian có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra nếu không khác phục từ xa được: Trong vòng 04 giờ làm việc kể từ lúc nhận cuộc gọi thông báo sự cố;		
+ Trong trường hợp sự cố xảy ra vào thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ, ngày lễ thì nhà thầu thực hiện tư vấn qua điện thoại nếu khẩn cấp để phục vụ bệnh nhân.		
- Cam kết thay thế tất cả các linh kiện/ phụ kiện cho toàn bộ hệ thống/máy theo phạm vi thực hiện, không giới hạn số lượng và không phát sinh chi phí của hợp đồng.		

Ut

	<ul style="list-style-type: none"> - Tất cả linh kiện/phụ kiện sau khi được thay thế thì nhà thầu có trách nhiệm bảo hành theo chính sách bảo hành của Hãng đối với linh kiện/phụ kiện đó (có xác nhận chính sách bảo hành đính kèm). - Cam kết các linh kiện/phụ kiện thay thế phải chính Hãng, mới 100%, có chứng từ nhập khẩu, tương thích với hệ thống/ máy. Hệ thống/ máy sau khi sửa chữa phải hoạt động theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và đảm bảo chất lượng khi thực hiện công tác kiểm định theo quy định của pháp luật hiện hành. Các phụ kiện/linh kiện hư hỏng sau khi thay thế nhà thầu có thể thu hồi theo quy định của Hãng. - Các lỗi hư hỏng khác phục được nhưng vẫn tái diễn lại thì đến lần thứ 3 nhà thầu cam kết phải thay thế phụ kiện/linh kiện có ghi nhận lỗi chấp chờn trên. - Cam kết tất cả hoạt động bảo trì được lưu lại và cập nhật cho bệnh viện cho đến khi hoàn tất và được báo cáo chi tiết. - Cam kết tổng thời gian dừng hệ thống/ máy trong suốt thời gian bảo trì ≤ 18 ngày/năm (bao gồm thứ 7, chủ nhật, lễ, tết). Nếu số ngày dừng hệ thống/ máy > 18 ngày thì với mỗi ngày dừng máy tiếp theo phải được gia hạn thêm thời gian bảo trì và được tính như sau: <ul style="list-style-type: none"> + 01 ngày dừng thành 2 ngày gia hạn; + Nếu tổng thời gian dừng máy vượt qua 60 ngày phải tìm giải pháp tối ưu. - Cách tính số ngày khi dừng hệ thống/ máy: <ul style="list-style-type: none"> + Đối với ngày làm việc trong tuần (không tính ngày lễ tết): o 2 - 4 giờ được tính là 1/2 ngày; 		
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



Mr

lee

	<ul style="list-style-type: none"> o > 4 giờ được tính là 1 ngày. 			
+	Đối với thứ 7, CN, lễ tết.			
o	> 8 giờ thì tính là 1 ngày.			
-	Thời gian đáp ứng và thời gian dừng máy có thể thay đổi tùy theo chính sách của Hãng hoặc của đại lý được Hãng uỷ quyền thực hiện dịch vụ.			
-	Cam kết đảm bảo hệ thống/ máy sau bảo trì hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn.			
-	Cam kết theo dõi điều kiện hoạt động hệ thống/ máy (nhiệt độ, độ ẩm, ...) và cảnh báo cho bệnh viện biết nếu có bất thường vượt ngoài điều kiện của Hãng khuyến nghị.			
-	Cam kết người thực hiện dịch vụ phải được cấp chứng nhận đào tạo từ nhà sản xuất về chủng loại thiết bị thực hiện dịch vụ.			
-	Cam kết thực hiện theo quy trình công việc sau:			
+	Đánh giá tình trạng máy trước bảo trì về tình trạng hoạt động của hệ thống/ máy và ghi nhận lại bằng biên bản có chữ ký của 2 bên;			
+	Đánh giá tình trạng hệ thống/ máy sau bảo trì, các vấn đề đã sửa chữa và thay thế phụ kiện/linh kiện. Có biên bản ghi nhận cụ thể và có chữ ký của 2 bên.			