

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Chợ Rẫy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Cung cấp giường các loại sử dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy” thuộc Dự toán mua sắm “Hàng hóa, sửa chữa, dịch vụ năm 2024” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chợ Rẫy
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Nguyễn Lê Thanh Trúc – Phó Trưởng phòng Quản trị
Số điện thoại: (028) 3855.4137 / 3855.4138 (Ex: 1119)
0979 920 138
Email: phongquantri.bvcr@gmail.com

- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Quản trị - Bệnh viện Chợ Rẫy - 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (Bản cứng có đóng dấu)

- Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h ngày 12 tháng 03 năm 2024 đến trước 16h ngày 15 tháng 03 năm 2024
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa:

TT	Tên hàng hóa	Quy cách/ Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Giường bệnh nhân. Kích thước: (D1950xR900xC470)mm	Chất liệu: inox 304. Kích thước: (D1950xR900xC470)mm - Khung đầu giường bằng inox tròn đường kính $\geq \text{Ø}32$, dày $\geq 1,2$ mm. - Khung chân bằng inox tròn đường kính $\geq \text{Ø}32$, dày $\geq 1,2$ mm. Ống giằng khung chân làm bằng inox tròn đường kính ≥ 25 mm, dày $\geq 1,2$ mm - Khung thân giường bằng inox hộp	Cái	135

TT	Tên hàng hóa	Quy cách/ Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		<p>30x60mm dày $\geq 1,25$mm.</p> <p>(Khung thân giường và khung đầu của giường được lắp ghép bằng bốn bulông M10 x 25 ngâm từ phía trong, hoặc chốt hình côn)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung nâng đầu bằng inox hộp 25x25mm, dày $\geq 1,25$mm, điều chỉnh nâng từ 0-60°. Kích thước: (640x900)mm - Giát giường bằng inox chữ U 50x15mm dày $\geq 0,8$mm, bát gài dày 3mm. Khoảng cách giữa các nan 18mm - Giường nâng đầu bằng tay quay. - Phần song chắn 2 bên cạnh giường bằng inox tròn đường kính $\geq \text{Ø}25$mm, dày $\geq 1,2$mm. - Có cây truyền dịch inox tròn đường kính $\geq \text{Ø}16$mm dày ≥ 1mm. Có điều chỉnh cao thấp độ cao từ 1140mm - 1840mm so với mặt đất. Có thể tháo, lắp khi cần. - Bảng treo đầu giường có kẹp hồ sơ bằng inox tấm. Kích thước: D340xR230mm, dày ≥ 1mm, có thanh kẹp hồ sơ bệnh án, có móc treo đầu giường có thể tháo nắp dễ dàng - Chân có 4 bánh xe có phanh hãm được bố trí chéo nhau. - Mặt giường phải phẳng, không xô lệch, vênh vẹo. Độ lồi lõm của mặt giường không lớn hơn 3 mm. - Giường phải có kết cấu chắc chắn chịu được tải trọng ≥ 200kg. 		
2	Giường bệnh nhân (đi động). Kích thước: (D1950xR650xC750)mm	<p>Chất liệu: inox 304. Kích thước: (D1950xR650xC750)mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung đầu giường bằng inox tròn đường kính $\text{Ø}25$mm dày $\geq 1,2$mm, phần đầu cao 400mm, phần chân cao 200mm (tính từ mặt giường) - Khung chân giường bằng inox tròn đường kính $\text{Ø}32$mm dày $\geq 1,2$mm. Phần mặt đáy có khay bằng inox tấm dày $\geq 1,2$mm - Khung thân giường bằng inox hộp 30x60mm dày $\geq 1,25$mm. - Khung nâng đầu bằng inox hộp 25x25mm, dày $\geq 1,25$mm, điều chỉnh nâng từ 0-60°. Kích thước: (700x650)mm - Giát giường bằng inox tấm dày ≥ 1mm. - Giường có nâng đầu bằng 1 tay quay. - Phần song chắn 2 bên cạnh giường bằng inox tròn đường kính $\geq \text{Ø}25$mm, dày 	Cái	104



 NH

 HỢ

 ★

TT	Tên hàng hóa	Quy cách/ Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		<p>≥1,2mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có cây truyền dịch inox tròn đường kính ≥ Ø16mm dày ≥1mm. Có điều chỉnh cao thấp độ cao từ 1140mm - 1840mm so với mặt đất. Có thể tháo, lắp khi cần. - Bảng treo đầu giường có kẹp hồ sơ bằng inox tấm. Kích thước: D340xR230mm, dày ≥1mm, có thanh kẹp hồ sơ bệnh án, có móc treo đầu giường có thể tháo nắp dễ dàng - Chân có 4 bánh xe có phanh hãm được bố trí chéo nhau. - Mặt giường phải phẳng, không xô lệch, vênh vẹo. Độ lồi lõm của mặt giường không lớn hơn 3 mm. - Giường phải có kết cấu chắc chắn chịu được tải trọng ≥ 200kg. 		
3	Giường 2 tầng. Kích thước: (D1950xR1200xC1750)mm	<p>Chất liệu: inox 201. Kích thước:(D1950xR1200xC1750)mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giường có 2 tầng, có 1 cầu thang lên xuống bằng inox tròn đường kính Ø25 dày ≥1,2mm. - Khung chân giường bằng inox tròn đường kính Ø50mm dày ≥1,2mm. - Khung thân giường bằng inox hộp 30x60mm, dày ≥1,2mm. - Tầng trên có khung đầu giường bằng inox tròn đường kính Ø50 dày ≥1,2mm, ống đan đường kính Ø19 dày ≥1,2mm, song chắn bên hông bằng inox tròn đường kính Ø19 dày ≥1,2mm, cao 300cm. - Tầng dưới có khung đầu giường bằng inox hộp 30x30mm dày ≥1,2mm, ống đan đường kính Ø19 dày ≥1,2mm. - Giát giường bằng inox hộp 10x40mm dày ≥0,8mm - Giường phải có kết cấu chắc chắn chịu được tải trọng ≥ 200kg. 	Cái	17
4	Giường 2 tầng inox. Kích thước: D1950 x R700 x C1750 mm	<p>Chất liệu: inox 201. Kích thước: D1950 x R700 x C1750 mmmm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giường có 2 tầng, có 1 cầu thang lên xuống bằng inox tròn đường kính Ø25 dày ≥1,2mm. - Khung chân giường bằng inox tròn đường kính Ø50mm dày ≥1,2mm. - Khung thân giường bằng inox hộp 30x60mm, dày ≥1,2mm. - Tầng trên có khung đầu giường bằng inox 	Cái	2

TT	Tên hàng hóa	Quy cách/ Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		tròn đường kính Ø50 dày ≥1,2mm, ống đan đường kính Ø19 dày ≥1,2mm, song chắn bên hông bằng inox tròn đường kính Ø19 dày ≥1,2mm, cao 300cm. - Tầng dưới có khung đầu giường bằng inox hộp 30x30mm dày ≥1,2mm, ống đan đường kính Ø19 dày ≥1,2mm. - Giát giường bằng inox hộp 10x40mm dày ≥0,8mm - Giường phải có kết cấu chắc chắn chịu được tải trọng ≥ 200kg.		

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Chợ Rẫy - 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến:

Giao hàng nhiều đợt trong 12 tháng (theo yêu cầu đặt hàng của chủ đầu tư bằng văn bản, fax, email hoặc điện thoại).

Giao hàng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Tạm ứng: Không áp dụng.

Phương thức thanh toán: Các yêu cầu thanh toán của nhà cung cấp phải được gửi cho chủ đầu tư bằng văn bản, kèm hóa đơn theo đúng quy định của Nhà nước, mô tả chính xác chủng loại, quy cách, số lượng, đơn giá của các hàng hóa đã được giao nhận.

Việc thanh toán sẽ được chuyển khoản trong vòng 120 ngày sau khi nhà cung cấp cung cấp đủ chứng từ hợp lệ theo từng đợt.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: QT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tri Thức