

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 367 /BVCR-TTBYT
Về việc yêu cầu báo giá dịch vụ
thẩm định giá

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam

Bệnh viện Chợ Rẫy có nhu cầu tiếp nhận báo giá thẩm định giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp “**Máy khoan mài tốc độ cao trong phẫu thuật sọ não – cột sống kèm gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện, phụ kiện**” năm 2024 của Bệnh Viện Chợ Rẫy với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: BỆNH VIỆN CHỢ RẪY. Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đào Văn Hiệp – Số điện thoại: 028.38.554.137 – 028.38.554.138 – Line: 1213. Email: baogia.bvcr@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Phòng Tổ chức – Hành chính), địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.
 - Địa chỉ email: baogia.bvcr@gmail.com nhận file mềm excel và bản scan (có đóng dấu giáp lai các tài liệu đính kèm).
- Thời hạn tiếp nhận báo giá : Từ 08h00 ngày 06.. tháng..6... năm 2024 đến trước 17h ngày..18...tháng...6...năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn hiệu lực của báo giá : Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ...18... tháng ...6... năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu theo Bảng sau:


STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1.	Thẩm định giá giá trị toàn bộ Máy khoan mài tốc độ cao trong phẫu thuật sọ não – cột sống	Thẩm định giá toàn bộ thiết bị theo mô tả của “Mục A phụ lục 01	04	máy	Bệnh Viện Chợ Rẫy	
2.	Thẩm định giá bảo trì bao gồm thay thế linh kiện/ phụ kiện của máy khoan mài tốc độ cao trong phẫu thuật sọ não – cột sống	Thẩm định giá dịch vụ theo mô tả “Mục B phụ lục 01”	01	gói	Bệnh Viện Chợ Rẫy	

Các nhà cung cấp báo giá với nội dung quy định như sau: Hồ sơ năng lực đính kèm bảng báo giá.

Trân trọng./*he*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Trang thiết bị y tế (để đăng tin)
- Lưu HC, TTBYT. *he*


GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN
CHỢ RẪY
*
Phạm Thanh Việt

PHỤ LỤC 01

Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

STT	NỘI DUNG	
A	MÁY KHOAN MÀI TỐC ĐỘ CAO TRONG PHẪU THUẬT SỌ NÃO – CỘT SỐNG	
I	YÊU CẦU CHUNG	
	Thiết bị mới 100% sản xuất năm 2024.	
	Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 13485.	
	Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn: - FDA - Food and Drug Administration (Mỹ) - CE - EU Certificate (Châu Âu) - JIS - Japanese Industrial Standards (Nhật Bản)	
	Điện áp: 220V AC / 50Hz	
II	YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH	Số lượng
1	Bộ điều khiển đa năng	01 cái
2	Bàn đạp điều khiển	01 cái
3	Motor tốc độ cao kèm cáp kết nối	02 cái
4	Đầu chụp gắn mũi khoan tự dừng chuẩn Hudson	01 cái
5	Đầu chụp mũi cắt sọ	01 cái
6	Đầu chụp mũi khoan	01 cái
7	Đầu chụp mũi mài, loại thẳng	01 cái
8	Đầu chụp mũi mài, loại gập góc	01 cái
9	Khay hấp tiệt trùng	01 cái
10	Dụng cụ vệ sinh và dầu bôi trơn	01 bộ
11	Dây nguồn	01 cái
12	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ Việt	01 bộ
III	CHỈ TIÊU KỸ THUẬT	
	Đáp ứng nhu cầu: khoan tự dừng, cắt, khoan tạo hình, mài sọ não - cột sống.	
1	Bộ điều khiển đa năng	
	Màn hình điều khiển có cảm ứng.	
	Số lượng motor có thể kết nối đồng thời ≥ 1 .	

	Có hiển thị các thông số: tốc độ motor, chiều xoay motor, tay khoan hoặc chế độ hoạt động, bơm tưới rửa.
	Tích hợp bơm tưới rửa.
	Có chức năng tùy chỉnh lưu lượng nước tưới rửa.
	Có chức năng tùy chỉnh tốc độ motor.
2	Bàn đạp điều khiển bằng chân đa năng
	Số lượng nút nhấn chức năng ≥ 3 .
	Kết nối có dây hoặc không dây.
3	Motor kèm cáp
	Tốc độ tối đa ≥ 75000 vòng/phút.
	Kiểu dáng thon gọn.
	Tương thích với nhiều loại đầu chụp khác nhau.
	Kết nối nhanh với đầu chụp.
	Có thể hấp tiệt trùng.
4	Đầu chụp gắn mũi khoan tự dừng chuẩn Hudson, tốc độ tối đa ≥ 1000 vòng/phút.
5	Đầu chụp mũi cắt sọ, chiều dài mũi $15\text{mm} \pm 10\%$.
6	Đầu chụp mũi khoan.
7	Đầu chụp mũi mài, loại thẳng, chiều dài ống chụp $65\text{mm} \pm 10\%$. Đường kính ống $5.5\text{mm} \pm 10\%$, có thể điều chỉnh độ dài mũi.
8	Đầu chụp mũi mài, loại gập góc, chiều dài ống chụp $65\text{mm} \pm 10\%$. Đường kính ống $5.5\text{mm} \pm 10\%$, có thể điều chỉnh độ dài mũi.
	Tất cả các loại đầu chụp đều có thể hấp tiệt trùng.
III	YÊU CẦU KHÁC:
	Thời gian bàn giao đưa vào sử dụng: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
	Bảo hành toàn bộ hệ thống/ máy và phụ kiện kèm theo: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng. Cam kết thực hiện bảo trì, bảo dưỡng theo đúng quy trình, quy định của nhà sản xuất (đính kèm xác nhận quy trình bảo trì theo tiêu chuẩn nhà sản xuất) nhưng tối thiểu ≥ 2 lần/năm.
	Thời gian thực hiện dịch vụ: Từ 8:00 đến 18:00 các ngày trong tuần trừ các ngày Lễ và Tết.

	Hỗ trợ trực tuyến (24/24) và kiểm tra, sửa chữa tại điểm đặt hệ thống/ máy khi hệ thống/ máy gặp sự cố đột xuất, không giới hạn số lần trong suốt thời gian bảo hành hệ thống/ máy.
	Cam kết tổng thời gian dừng hệ thống/ máy trong suốt thời gian bảo hành ≤ 18 (tương đương 5% của 365 ngày/năm) (bao gồm thứ 7, chủ nhật, lễ, tết): - Từ ngày dừng hệ thống/ máy đầu tiên đến ngày thứ 18, mỗi ngày dừng hệ thống/ máy sẽ được quy đổi thành 1 ngày bảo hành cộng thêm. - Từ ngày dừng hệ thống/ máy thứ 19 trở về sau, mỗi ngày dừng hệ thống/ máy vượt sẽ được quy đổi thành 2 ngày bảo hành cộng thêm. - Cách tính số ngày dừng hệ thống/ máy: + Nếu hệ thống/ máy dừng ≥ 4 giờ /ngày làm việc thì tính là 1 ngày. + Đối với thứ 7, CN, lễ tết ≥ 8 giờ /ngày thì tính là 1 ngày
	Thời gian có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra trong vòng 04 giờ làm việc kể từ lúc nhận cuộc gọi thông báo sự cố hư hỏng với trường hợp không thể xử lý khắc phục từ xa được.
	Nhân viên thực hiện dịch vụ (kiểm tra, bảo trì) hệ thống/ máy phải được cấp chứng nhận đào tạo từ nhà sản xuất về chủng loại hệ thống/ máy thực hiện dịch vụ.
	Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế: ≥ 8 năm kể từ ngày ký hợp đồng.
	- Lắp đặt, bàn giao tại địa điểm sử dụng. - Đào tạo cho đơn vị sử dụng: vận hành, sử dụng, vệ sinh bảo dưỡng. - Đào tạo cho kỹ sư của Bệnh viện: bảo dưỡng, kiểm tra, cách khắc phục lỗi cơ bản.
	- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống/ máy. - Cung cấp tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (theo chính sách của hãng).
	Cam kết hệ thống/ máy được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định pháp luật hiện hành.
B	GÓI BẢO TRÌ BAO GỒM THAY THẾ LINH KIỆN/PHỤ KIỆN CỦA MÁY KHOAN MÀI TỐC ĐỘ CAO TRONG PHẪU THUẬT SỌ NÃO – CỘT SỐNG
I	Phạm vi thực hiện:

	04 máy. Bao gồm cả máy và phụ kiện đi kèm, theo mục A (Không bao gồm vật tư tiêu hao).
II	Thời gian thực hiện:
	36 tháng kể từ khi hết bảo hành gói thầu mua sắm “máy khoan mài tốc độ cao trong phẫu thuật sọ não – cột sống”.
III	Yêu cầu dịch vụ:
	Bảo dưỡng phòng ngừa: Cam kết thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo đúng quy trình nhà sản xuất, và tối thiểu ≥ 2 lần/ năm. (đính kèm xác nhận quy trình bảo trì theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).
	Thời gian thực hiện dịch vụ: Từ 8:00 đến 18:00 các ngày trong tuần trừ các ngày lễ và tết.
	Hỗ trợ trực tuyến (24/24) và kiểm tra, sửa chữa tại điểm đặt hệ thống/ máy khi hệ thống/ máy gặp sự cố đột xuất, không giới hạn số lần trong suốt thời gian bảo trì, bảo dưỡng hệ thống/ máy.
	Thời gian phản hồi sau khi nhận yêu cầu từ Bệnh viện và có mặt tại địa điểm đặt hệ thống/ máy để kiểm tra và sửa chữa. Áp dụng cho những ngày làm việc trong tuần kể cả thứ 7 và chủ nhật.
	Thời gian phản hồi: Trong vòng 30 phút kể từ khi nhận cuộc gọi.
	Thời gian có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra trong vòng 04 giờ làm việc kể từ lúc nhận cuộc gọi thông báo sự cố.
	Cam kết thay thế tất cả các linh kiện/phụ kiện cho toàn bộ hệ thống/ máy theo phạm vi thực hiện không giới hạn số lượng và không phát sinh chi phí của hợp đồng.
	Tất cả linh kiện/phụ kiện sau khi được thay thế mới thì nhà thầu có trách nhiệm bảo hành theo chính sách bảo hành của Hãng đối với linh kiện/phụ kiện.
	Các linh kiện/phụ kiện được thay mới 100% có chứng từ nhập khẩu.
	Cam kết tổng thời gian dừng hệ thống/ máy trong suốt thời gian bảo trì ≤ 18 ngày/năm (bao gồm thứ 7, chủ nhật, lễ, tết). - Từ ngày dừng hệ thống/ máy thứ 19 trở về sau, mỗi ngày dừng hệ thống/ máy vượt sẽ được quy đổi thành 2 ngày bảo hành cộng thêm. - Cách tính số ngày dừng hệ thống/ máy: + Nếu hệ thống/ máy dừng ≥ 4 giờ /ngày làm việc thì tính là 1 ngày.

	+ Đối với thứ 7, CN, lễ tết ≥ 8 giờ /ngày thì tính là 1 ngày.
	Đảm bảo hệ thống/ máy trong thời gian hiệu lực của gói bảo trì, hoạt động ổn định, an toàn đáp ứng yêu cầu chuyên môn của khoa.
	Theo dõi điều kiện hoạt động hệ thống/ máy (nhiệt độ, độ ẩm, ...) và cảnh báo cho bệnh viện biết nếu có bất thường vượt ngoài điều kiện của hãng khuyến nghị.
	Nhân viên thực hiện dịch vụ (kiểm tra, bảo trì) hệ thống/ máy phải được cấp chứng nhận đào tạo từ nhà sản xuất về chủng loại hệ thống/ máy thực hiện dịch vụ.
	Thực hiện công việc theo quy trình tối thiểu sau: - Đánh giá tình trạng hoạt động hệ thống/ máy trước bảo trì và ghi nhận lại bằng biên bản có chữ ký của 2 bên. - Đánh giá tình trạng hệ thống/ máy sau bảo trì, các vấn đề đã sửa chữa và thay thế phụ kiện/ linh kiện. Có biên bản ghi nhận cụ thể và có chữ ký của 2 bên.
	Tất cả hoạt động bảo trì, bảo dưỡng hệ thống/ máy được lưu lại và cập nhật cho bệnh viện cho đến khi hoàn tất và được báo cáo chi tiết.

