

TP.HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

**Kính gửi: + CÁC HÃNG SẢN XUẤT NHÀ CUNG CẤP TẠI VIỆT NAM
+ CÁC QUÝ CÔNG TY CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hậu Giang (Ban QLDA) đang triển khai lập dự toán Bộ dụng cụ mổ tử thi, Tủ hút xử lý mẫu, Tủ lạnh lưu giữ xác 2 ngăn và Bộ dụng cụ đo nhãn áp (nhãn áp kế mắt) thuộc dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công trình y tế giai đoạn 1 và xây dựng Trụ sở Trung tâm Pháp Y, Trung tâm Giám định Y khoa, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, làm cơ sở xác định dự toán, giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, thực hiện hợp đồng tư vấn thẩm định giá giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hậu Giang và Công ty TNHH Thẩm định giá Tín Việt.

Công ty TNHH Thẩm định giá Tín Việt mời các đơn vị/công ty/doanh nghiệp quan tâm tham gia mời báo giá chi tiết nội dung như sau:

- + Tên chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang;
- + Thông tin sản phẩm: Bộ dụng cụ mổ tử thi, Tủ hút xử lý mẫu, Tủ lạnh lưu giữ xác 2 ngăn và Bộ dụng cụ đo nhãn áp (nhãn áp kế mắt) thuộc dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công trình y tế giai đoạn 1 và xây dựng Trụ sở Trung tâm Pháp Y, Trung tâm Giám định Y khoa, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm. (Danh mục chi tiết theo phụ lục đính kèm công văn);
- + Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang;
- + Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Các thiết bị được cung cấp, vận chuyển, lắp đặt, bảo quản đảm bảo đúng với yêu cầu hồ sơ của Chủ đầu tư, hợp đồng ký kết giữa hai bên và các yêu cầu quy định của pháp luật; quá trình vận chuyển đảm bảo an toàn cho thiết bị không bị trầy xước, móp méo...;
- + Thời gian giao hàng dự kiến: Quý IV năm 2024;
- + Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Tạm ứng, thanh toán theo quy định hiện hành;
- + Đơn giá đã bao gồm: Chi phí thiết bị, chi phí nhập khẩu, thuế GTGT thuế các loại chi phí vận chuyển, bốc dỡ lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành, hướng dẫn sử dụng, đào tạo, bảo hành bảo hiểm, kiểm định thiết bị, các loại thuế, theo quy định hiện hành;
- + Thời gian nhận báo giá từ 08h ngày 21/10/2024 đến trước 17h ngày 27/10/2024.



- + Hiệu lực báo giá: Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày 27/10/2024.
- + Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Người nhận: Trần Thương Thương – Phone: 0971786208 – Email: thuong.tt@tvac.com.vn/ Công ty TNHH thẩm định giá Tín Việt / 130 Duy Tân, phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
- + Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Công ty TNHH thẩm định giá Tín Việt/ 130 Duy Tân, phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh hoặc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang/ Số 02, đường Hòa Bình, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang;
 - Nhận qua email: Nhận 01 bản mềm toàn bộ tài liệu cần cung cấp và bản chào giá bằng file .pdf, file word hoặc excel qua địa chỉ thuong.tt@tvac.com.vn.
- + Nội dung yêu cầu báo giá: Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị):
 - Tên hàng hóa, ký mã hiệu/nhãn mác sản phẩm, hãng sản xuất/hãng chủ sở hữu, nước sản xuất, cấu hình, thông số kỹ thuật (bao gồm cả quy cách đóng gói) các vật tư, sinh phẩm, hóa chất mà đơn vị đề xuất cung cấp (kèm theo catalogue, tài liệu kỹ thuật, tài liệu chứng minh các tiêu chuẩn ISO, EC, FDA... của sản phẩm).
 - Số lưu hành, số giấy phép nhập khẩu... (nếu có) của các hàng hóa chào hàng (kèm theo tài liệu công bố, giấy phép lưu hành, giấy phép nhập khẩu... còn hiệu lực).
 - Phân loại (A, B, C, D) đối với các hàng hóa là trang thiết bị y tế (kèm theo tài liệu phân loại).
 - Giá cụ thể của hàng hóa (chi phí thiết bị, chi phí nhập khẩu, thuế GTGT thuế các loại chi phí vận chuyển, bốc dỡ lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành, hướng dẫn sử dụng, đào tạo, bảo hành bảo hiểm, kiểm định thiết bị, các loại thuế.... theo quy định hiện hành).
 - Thời gian bảo hành của hàng hóa.
 - Hợp đồng cung cấp loại hàng hóa đơn vị chào trong vòng 12 tháng (nếu có).

Trân trọng cảm ơn mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Công ty.




DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ

(Đính kèm công văn số 2110/2024/BG-TV ngày 21/10/2024)

STT	DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	ĐVT	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ CHÀO BÁN	GIÁ KÈ KHAI/NIÊM YẾT (Nếu có)	GHI CHÚ (Link kê khai)
1	Bộ dụng cụ mổ tử thi	<p>Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị mới 100% sản xuất năm 2023 trở về sau - Đạt chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương. - Phù hợp với điều kiện môi trường tại Việt Nam. <p>Yêu cầu cấu hình cung cấp:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dao mổ xác cỡ lớn, cán kim loại 2. Dao mổ xác cỡ nhỏ, cán kim loại 3. Dao mổ xác cỡ lớn, cán bằng gỗ, 4. Dao mổ xác cán bằng gỗ, cỡ vừa 5. Dao cắt óc, cán kim loại 6. Kéo cắt, một đầu thăm dò 7. Kéo cắt ruột Strully, đầu thăm dò 8. Kẹp phẫu tích 9. Kẹp mô, 2x3 răng 10. Kẹp mô, 1x2 răng 11. Que thăm, 12. Que thăm 2 đầu 13. Cưa xương 14. Kim cắt xương 15. Kim giữ xương 16. Đục xương phẳng 17. Búa kim loại, 18. Búa mở sọ, 19. Kim mang kim 20. Hộp đựng dụng cụ màu bạc " 	Bộ	1			
2	Tủ hút xử lý mẫu	Yêu cầu chung:	Cái	1			

- Thiết bị mới 100% sản xuất năm 2023 trở về sau
- Đạt chất lượng ISO13485.
- Phù hợp với điều kiện môi trường tại Việt Nam.
Yêu cầu cấu hình cung cấp:
- Hệ thống bàn phẫu tích bệnh phẩm chuyên nghiệp áp tường: 01 cái
- Bồn rửa với vòi nước linh hoạt: 01 chiếc
- Thớt phẫu tích bằng corian với vòng đen tương phản: 01 chiếc
- Đèn LED chiếu sáng khu vực làm việc: 02 chiếc
- Cửa phía trên chứa máy tính, camera, dụng cụ phẫu tích: 03 cửa
- Ổ cắm: 03 chiếc
- Hệ thống cấp formalin với thùng chứa ≥ 20 lít: 01 chiếc
- Hệ thống hút khí thải nói ra ngoài hoặc với hệ thống hút khí trung tâm tòa nhà: 01 bộ
Yêu cầu thông số kỹ thuật:
- Vật liệu chế tạo toàn bộ từ thép không gỉ
- Bề mặt làm việc của bàn chế tạo từ thép 316, khu vực làm việc với 3 phần, có đục lỗ $\geq 1100(W) \times 670(D)$ mm
- Khung được chế tạo từ thép không gỉ ≥ 40 mm
- Bảng điều khiển đèn LED, có thể lựa chọn 3 chế độ ánh sáng ban ngày, ánh sáng lạnh hoặc ánh sáng ấm và ≥ 02 đèn LED có thể điều chỉnh tiêu điểm
- Thiết kế ≥ 3 cửa phía trên gồm ≥ 03 ổ cắm, chia các ngăn, bao gồm hoàn chỉnh các dây nối điện và đèn chiếu sáng lạnh và tất cả được kết nối cho PC, camera, microphone, đầu đọc mã vạch, hệ thống loa, màn hình/ máy tính với vỏ ngoài chế tạo từ thép không gỉ. Bao gồm 3 ngăn đựng với 3 cửa đẩy ra vào (1 ngăn cho máy tính và camera/ 2 ngăn còn lại cho lưu trữ các dụng cụ xử lý mô khác. Toàn bộ chế tạo từ thép không gỉ 1.4301. Kích thước ≥ 1700 (rộng) x 400 (sâu) x 900 cao (cao = tổng thể)
- Bồn rửa với kích thước $\geq 400 \times 400 \times 250(D)$ mm với vòi nước linh hoạt
- Kích thước bàn: $\geq 1700(W) \times 750(D) \times 2200(H)$ mm

	<ul style="list-style-type: none"> - Chiều cao khu vực làm việc: 800mm + 10mm (vị trí ngồi) - Chiều cao chân bàn có thể điều chỉnh 0-≥40mm - Trích xuất khí thải tối đa tối ≥800 m3/h - Vận tốc khí: ≥0.33m/s trên toàn bộ khu vực làm việc - Áp lực hút: ≥120 pasc - Ống xả khí thải đường kính ≥200mm A58 - Hệ thống rửa bằng lỗ phun bên dưới cho toàn bộ khu vực làm việc bên dưới bàn 				
3	<p>Tủ lạnh lưu giữ xác 2 ngăn</p> <p><i>Yêu cầu chung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị mới 100% sản xuất năm 2023 trở về sau - Đạt chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương - Phù hợp với điều kiện môi trường tại Việt Nam. <p><i>Yêu cầu cấu hình cung cấp</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tủ bảo quản từ thi loại 2 ngăn, cửa nhỏ phía trước : 01 cái - Khói làm lạnh đơn giản trần tủ: 01 bộ - Khay đựng xác với 10 bánh xe trượt: 02 - Khung giữ khay đựng xác : 01 bộ - Bảng điều khiển nhiệt độ: 01 - Cửa có khóa: 02 - Sách hướng dẫn sử dụng : 01 bộ <p><i>Yêu cầu thông số kỹ thuật:</i></p> <p><i>Cấu trúc tủ</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bề mặt bên trong và bên ngoài được chế tạo từ thép được sơn phủ bảo vệ - Sàn tủ: Thiết kế chống trơn, trượt, Class R11, chịu tải tối đa 1500N/ cm2 - Tải trọng cho phép trên mỗi bánh xe: 1600N - Tải trọng bánh xe ≥ 4 cm2/ bánh xe cao su - Tải trọng bề mặt cho phép: 3000N/ m2 - Chiều dày sàn tủ ≥ 85mm, chiều dày bên ngoài 100mm ± 10%. - Kích thước tủ(rộng x dài x cao) 2.400 mm x 1.200 mm x 2.130 mm ± 10%. 	Cái	2		

	<p>Cửa tủ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cửa tủ có thể mở 180°, có bộ phận gia nhiệt tránh đọng sương - Kích thước cửa tủ Rộng 700mm x Cao 500mm ± 10%. <p>*Hệ thống làm lạnh và băng điều khiển</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khối làm lạnh đơn liên khối với hệ thống điều khiển nhiệt độ cho dải nhiệt độ từ -50C đến + 50C - Công suất làm lạnh ≥ 750W ở 0/320C - Điện năng tiêu thụ ≤ 700W - Dòng khí thổi tu ngưng: ≥ 870m³/h - Dòng khí thổi bộ phận làm lạnh ≥ 570m³/h - Xả đông bằng khí nóng <p>Khay đựng xác: Kích thước 2080x620x110 ± 10%.</p> <p>Khung giữ khay đựng: Kích thước 2200 x 750 x 1400 mm ± 10%.</p>			
4	<p>Bộ dụng cụ đo nhãn áp (nhãn áp kế mắt)</p> <p>Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị mới 100% sản xuất năm 2023 trở về sau - Đạt chất lượng ISO 13485. - Phù hợp với điều kiện môi trường tại Việt Nam. <p>Yêu cầu cấu hình cung cấp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ đo nhãn áp - Mount gắn trên thân máy sinh hiển vi 	BỘ	1	