

Số: 547 /BVCR-TTBYT
Về việc yêu cầu báo giá dịch vụ
tư vấn thẩm định giá

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá tại Việt Nam

Bệnh viện Chợ Rẫy có nhu cầu tiếp nhận báo giá dịch vụ tư vấn thẩm định giá giá trị thiết bị của toàn dự án để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu “**Dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Chợ Rẫy**” thuộc danh mục Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội Năm 2023 của Bệnh Viện Chợ Rẫy với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: BỆNH VIỆN CHỢ RẪY. Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đào Văn Hiệp – Số điện thoại: 028.38.554.137 – 028.38.554.138 – Line: 1213. Email: baogia.bvcr@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Phòng Tổ chức – Hành chính), địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.
- Địa chỉ email: baogia.bvcr@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá : Từ 08h00 ngày 17 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h ngày 27 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn hiệu lực của báo giá : Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu theo Bảng sau:



| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ |
|-----|---|---|------------|-------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | Dịch vụ tư vấn thẩm định giá giá trị Máy siêu âm chuyên tim - mạch máu 4D, 5 đầu dò | Dịch vụ tư vấn thẩm định giá giá trị toàn bộ danh mục thiết bị Theo mô tả “phụ lục 01: yêu cầu tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản Máy siêu âm chuyên tim - mạch máu 4D, 5 đầu dò” | 03 | cái | Bệnh Viện Chợ Rẫy | Tối đa 01 tuần sau khi ký hợp đồng |


Các nhà cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá báo giá với nội dung quy định như sau:

- Nội dung báo giá theo quy định.
- Báo giá đính kèm hồ sơ năng lực chứng minh khả năng cung cấp dịch vụ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Trang thiết bị y tế (để đăng tin)
- Lưu HC, TTBYT .



Nguyễn Tri Thức

PHỤ LỤC 01: YÊU CẦU TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN MÁY SIÊU ÂM CHUYÊN TIM - MẠCH MÁU 4D, 5 ĐẦU DÒ

| |
|---|
| I. YÊU CẦU CHUNG: |
| - Thiết bị mới 100% sản xuất năm 2023 trở về sau. |
| - Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 13485 hoặc tương đương. |
| - Điện áp sử dụng: 220V, 50/60 Hz |
| - Môi trường làm việc, đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường: + Nhiệt độ hoạt động: 20 - 30°C + Độ ẩm tối đa: 75% |
| II. YÊU CẦU CẤU HÌNH: |
| Máy chính kèm màn hình theo dõi, màn hình phụ điều khiển cảm ứng, bàn điều khiển, xe đẩy tích hợp đồng bộ và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
| - 5 đầu dò: |
| + Đầu dò siêu âm bụng tổng quát (Convex) đa tần số: 01 cái |
| + Đầu dò siêu âm mạch máu (Linear) đa tần số: 01 cái |
| + Đầu dò siêu âm tim người lớn (Sector) đa tần số : 01 cái |
| + Đầu dò siêu âm tim người lớn 4D: 01 cái |
| + Đầu dò siêu âm tim người lớn qua thực quản 4D: 01 cái |
| - Phần mềm đi kèm gồm: |
| + Phần mềm tự động phân tích chức năng tâm thất trái trên ảnh siêu âm 2D, 3D. |
| + Phần mềm tính sức căng mô cơ tim và đánh dấu mô cơ tim trên tâm thất (Strain, speckle tracking) trên ảnh siêu âm 2D, 3D. |
| + Phần mềm chuyên dụng: khảo sát tim 3D, 4D qua thành ngực. |
| + Phần mềm chuyên dụng: khảo sát tim 3D, 4D qua ngã thực quản. |
| + Phần mềm siêu âm tim, tổng quát, mạch máu tiêu chuẩn đi kèm theo máy |
| Phụ kiện đi kèm: |
| Máy in nhiệt, khổ A6: 01 cái |
| Bộ lưu điện (UPS), 2 KVA, online: 01 cái |
| Gel siêu âm : 05 kg |



Bộ máy tính để bàn, kèm phụ kiện chuột, bàn phím: 01 bộ

Máy in laser màu, khổ giấy A4: 01 cái

Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng anh, tiếng việt, tài liệu kỹ thuật: 01 bộ

Máy ghi đĩa DVD bên ngoài (rời): 01 bộ

Dây điện tim đi kèm theo máy siêu âm: 01 dây

III. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

Số cổng cắm đầu dò: ≥ 4 cổng

VI. YÊU CẦU KHÁC

- Bảo hành toàn bộ hệ thống thiết bị và phụ kiện kèm theo: ≥ 24 tháng