

Số: 348 / BQL-QLDA1

Quảng Nam, ngày 08 tháng 6 năm 2023

V/v mời tư vấn thẩm định giá thiết bị y tế
dự án: Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam,
hạng mục: Khu điều trị kỹ thuật cao.

Kính gửi: Các đơn vị thẩm định giá trang thiết bị y tế

Thực hiện Quyết định số 3996/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Khu điều trị kỹ thuật cao;

Căn cứ Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Khu điều trị kỹ thuật cao;

Căn cứ Công văn số 279/PX-TK ngày 05/6/2023 của Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và xây dựng Phố Xanh;

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (Ban Quản lý) có kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị y tế thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Khu điều trị kỹ thuật cao theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt (*Kèm danh mục thiết bị*). Để có cơ sở xem xét đánh giá và lựa chọn đơn vị thẩm định giá đáp ứng yêu cầu, Ban quản lý trân trọng đề nghị các đơn vị có chức năng thẩm định giá trang thiết bị y tế cung cấp cho Ban quản lý hồ sơ năng lực với các thông tin cơ bản như sau:

1. Đăng ký kinh doanh; Tài liệu chứng minh đủ điều kiện thẩm định giá trang thiết bị y tế; Số điện thoại/ Email của đại diện đơn vị trong trường hợp cần liên lạc.
2. Danh sách nhân sự tham gia thẩm định giá kèm thẻ chứng nhận thẩm định viên theo quy định.
3. Hợp đồng thẩm định giá trang thiết bị y tế đã thực hiện trong thời gian 03 năm gần đây (2020, 2021, 2022).

Thông tin xin gửi về địa chỉ: Phòng Quản lý dự án 1 - Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam; số 510 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và bản mềm gửi vào địa chỉ: Vuongksxd@gmail.com trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng thông báo. Thông tin cần giải đáp xin liên hệ đồng chí Võ Minh Vương (SĐT: 0905 467 629).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Website Ban Quản lý;
- Báo đấu thầu/Báo Quảng Nam;
- Lưu: VT, QLDA1.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Nguyễn Công Thành

PHỤ LỤC: DANH MỤC THIẾT BỊ KÈM THEO
(Kèm theo Công văn số 348 /BQL-QLDA1 ngày 08 /6/2023)

STT	TÊN THIẾT BỊ	ĐVT	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
I	Hệ thống khí y tế trung tâm			
A	Phần thiết bị chính			
1.	Hệ thống máy nén khí không dầu dùng cho trung tâm khí nén, bao gồm: - Máy nén khí trục vít xoắn ốc: 02 Máy. - Bình thu khí: 01 Bộ. - Bộ làm mát: 01 Bộ. - Máy sấy không khí lạnh: 01 Máy. - Bộ lọc chính: 01 Bộ. - Bộ lọc nước: 01 Bộ. - Dây chuyền lọc: 01 Bộ. - Bộ lọc coalescent: 01 Bộ. - Bộ điều chỉnh 15a (CKD): 01 Bộ	Hệ thống	01	
2.	Hệ thống máy hút dùng cho hút dịch trung tâm	Hệ thống	01	
3.	Giàn chai trung tâm kèm bộ điều áp tự động cho khí Oxy (Không bao gồm bình oxy dạng nén)	Bộ	01	
4.	Giàn chai trung tâm kèm bộ điều áp tự động cho khí CO2	Bộ	01	
B	Phần thiết bị ngoại vi			
5.	Hộp van đường trục chính, có đồng hồ chỉ áp lực, cho 4 loại khí: O2, A4, CO2, V	Bộ	01	
6.	Hộp cảnh báo tổng cho 4 loại khí: O2, A4, CO2, V	Bộ	01	
7.	Hộp van khu vực kèm báo động cho 3 loại khí: O2, A4, V	Bộ	06	
8.	Hộp phân vùng khu vực cho 4 loại khí: O2, A4, CO2, V	Bộ	08	
9.	Ổ khí 01 đầu ra chuyên dụng cho hệ thống khí Oxy	Bộ	289	
10.	Ổ khí 01 đầu ra chuyên dụng cho hệ thống khí nén	Bộ	103	
11.	Ổ khí 01 đầu ra chuyên dụng cho hệ	Bộ	236	

	thông khí hút dịch áp lực âm			
12.	Hộp đầu giường dùng lắp đặt cho 02 hệ khí, không bao gồm ổ khí	Bộ	147	
13.	Hộp đầu giường dùng lắp đặt cho 03 hệ khí.	Bộ	37	
14.	Hộp đầu giường dùng lắp đặt cho 04 hệ khí, không bao gồm ổ khí.	Bộ	52	
15.	Bộ ốp tường dùng lắp đặt cho 03 hệ khí, không bao gồm ổ khí:	Bộ	08	
16.	Bộ ốp tường dùng lắp đặt cho 01 hệ khí, không bao gồm ổ khí	Bộ	14	
17.	Bộ tạo ẩm và điều chỉnh lưu lượng Oxy	Bộ	50	
18.	Bộ điều chỉnh lưu lượng khí hút treo tường	Bộ	30	
19.	Đầu cắm nhanh dùng cho khí Oxy, khí nén 4bar, khí CO2, AGSS và hút dịch	Bộ	50	
II	Hệ thống lọc khuẩn phòng mổ (AHU)			
1.	Tổ hợp thiết bị xử lý không khí AHU&CDU phòng mổ, bao gồm: - Bộ xử lý không khí AHU đặt trong nhà: AHU phòng mổ: 8 Bộ. - Dàn nóng một chiều lạnh ODU cho AHU phòng mổ: 8 Bộ. - Phụ kiện đi kèm: 8 Bộ	Bộ	08	
2.	Tổ hợp thiết bị xử lý không khí AHU&CDU hành lang vô khuẩn, bao gồm: - Bộ xử lý không khí AHU đặt trong nhà: AHU hành lang vô khuẩn: 2 Bộ. - Dàn nóng một chiều lạnh ODU cho AHU hành lang vô khuẩn: 2 Bộ. - Phụ kiện đi kèm: 2 Bộ	Bộ	02	
3.	Tủ điều khiển AHU	Tủ	10	
4.	Tủ điện cấp nguồn thiết bị AHU	Tủ	01	
5.	Tủ điện cấp nguồn dàn nóng ODU	Tủ	01	
6.	Hộp cấp khí sạch chảy tầng	Bộ	08	
7.	Hộp cấp khí sạch kèm lọc H13	Bộ	16	
8.	Hộp gió hồi trần kèm lọc G4	Bộ	13	
9.	Hộp gió hồi chân tường kèm lọc G4	Bộ	32	

III	Hệ thống truyền mẫu xét nghiệm			
A	Hệ thống chuyển mẫu 5 trạm			
1.	Trạm nhận và gửi đặt tại Khoa Xét Nghiệm - Tầng 3 (Khu nhà cũ)	Trạm	01	
2.	Trạm nhận và gửi đặt tại Khoa Cấp Cứu - Tầng 1 (Khu nhà mới)	Trạm	01	
3.	Trạm nhận và gửi đặt tại Tầng 3 (Khu nhà mới)	Trạm	01	
4.	Trạm nhận và gửi đặt tại Tầng 5 (Khu nhà mới)	Trạm	01	
5.	Trạm nhận và gửi đặt tại Tầng 7 (Khu nhà mới)	Trạm	01	
6.	Bộ điều khiển trung tâm	Bộ	01	
7.	Mô tơ 3 pha	Cái	01	
8.	Bộ xử lý khí trung tâm	Bộ	01	
9.	Bộ chuyển đổi các trạm 04 cửa	Bộ	01	
10.	Thiết bị báo mẫu vật đến	Cái	05	
11.	Giá đỡ hộp chuyển	Cái	05	
12.	Công tác điều khiển chính	Cái	08	
13.	Hộp chuyển chứa mẫu vật	Cái	25	
B	Hệ thống chuyển mẫu 4 trạm			
14.	Trạm nhận và gửi đặt tại Khoa xét nghiệm - Tầng 3 (Khu nhà cũ)	Trạm	01	
15.	Trạm nhận và gửi đặt tại Tầng 3 (Khu nhà mới)	Trạm	01	
16.	Trạm nhận và gửi đặt tại Tầng 4 (Khu nhà mới)	Trạm	01	
17.	Trạm nhận và gửi đặt tại Tầng 6 (Khu nhà mới)	Trạm	01	
18.	Bộ điều khiển trung tâm	Bộ	01	
19.	Mô tơ 3 pha	Cái	01	
20.	Bộ xử lý khí trung tâm	Bộ	01	
21.	Bộ chuyển đổi các trạm 03 cửa	Bộ	01	
22.	Thiết bị báo mẫu vật đến	Cái	06	
23.	Giá đỡ hộp chuyển	Cái	04	
24.	Công tác điều khiển chính	Cái	06	
25.	Hộp chuyển chứa mẫu vật	Cái	20	
IV	Hệ thống gọi Y tá			



1.	Nút chuông gọi phục vụ ST-100	Cái	347	
2.	Nút gọi 2 chức năng kéo dài SHS-100	Cái	119	
3.	Nút dây giặt trong nhà vệ sinh SHS-100 (dây giặt)	Cái	65	
4.	Bảng Mica dùng để gắn nút chuông ST-100	Cái	347	
5.	Tấm Mica cố định nút gọi (Nút gọi SHS-100)	Cái	119	
6.	Màn hình hiển thị syscall SR-A330	Cái	07	
7.	Thiết bị lập âm thanh syscall SRT-8200	Cái	07	
8.	Đèn hành lang SRL-300	Cái	89	
9.	Đồng hồ đeo tay SB-700	Cái	14	