

Số: 527/BVCR-TTBYT
Về việc yêu cầu báo giá Ông
soi tá tràng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Chợ Rẫy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp năm 2023 của Bệnh viện Chợ Rẫy với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chợ Rẫy – 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Họ tên: Đào Văn Hiệp
Số điện thoại: 028.38.554.137 – 028.38.554.138 – Line 1213
Địa chỉ email: baogia.bvcr@gmail.com
 - Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Phòng Tổ Chức - Hành Chính) địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.
 - Địa chỉ email: baogia.bvcr@gmail.com nhận file mềm excel và bản scan.
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá : Từ 08h ngày 26 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h ngày 10 tháng 10 năm 2023
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.**
- Thời hạn hiệu lực của báo giá : Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 10..... tháng 10... năm 2023



II. Nội dung yêu cầu báo giá :

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
1	ỐNG SOI TÁ TRÀNG	<p>I. YÊU CẦU CHUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2023 trở đi - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: $\geq 70\%$ <p>II. YÊU CẦU CẤU HÌNH</p> <p>Mỗi ống soi đều đi kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vali đựng ống soi: ≥ 1 cái - Chổi rửa dài: ≥ 1 cái - Chổi rửa ngắn: ≥ 1 cái - Miếng ngáng miệng (đối với ống dạ dày và tá tràng) ≥ 1 cái - Nắp van sinh thiết: ≥ 1 cái - Bộ ống rửa: ≥ 1 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng, tiếng anh và tiếng việt ≥ 1 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng, tiếng anh và tiếng việt ≥ 1 bộ <p>III. YÊU CẦU KỸ THUẬT</p> <p>Ống nội soi tá tràng cho hệ thống CV-190</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống quang học gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Trường nhìn: ≥ 100 độ + Hướng nhìn: Nghiêng phía sau ≥ 5 độ hoặc tương đương. + Độ sâu của trường nhìn: $\leq 5\text{mm}$ đến $\geq 60\text{mm}$ - Đường kính ngoài đầu cuối ống soi: $\leq 13,7\text{mm}$ - Đường kính ngoài phần thân ống soi: $\leq 11,3\text{mm}$ - Có chức năng uốn cong: <ul style="list-style-type: none"> + Độ gập góc LÊN ≥ 120 độ + Độ gập góc XUỐNG ≥ 90 độ + Độ gập góc PHẢI ≥ 110 độ + Độ gập góc TRÁI ≥ 90 độ - Độ dài làm việc của ống soi: $\leq 1240\text{mm}$ - Độ dài tổng của ống soi: $\leq 1560\text{mm}$ 	01	Ống

		<ul style="list-style-type: none"> - Đường kính trong kênh sinh thiết: $\geq 4,2\text{mm}$ - Khoảng cách nhìn rõ tối thiểu: $\leq 10\text{mm}$ - Có chức năng khóa kếp cho dây dẫn hướng. - Ống soi có chức năng chẩn đoán bằng ánh sáng dải hẹp. - Kết nối được bộ xử lý hình ảnh hiện có của Bệnh viện: CV-190 của hãng Olympus <p>IV. YÊU CẦU KHÁC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hàng hóa được bàn giao và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện - Có cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ) hoặc tương đương, xuất xứ (CO), tờ khai hải quan với hàng hóa nhập khẩu và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế (Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản trang thiết bị kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng, - Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành. - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 10 năm sau bán hàng. Có biểu giá chi tiết kèm theo. 		
--	--	---	--	--

1. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại “Bảng mô tả” đính kèm
2. Thời gian giao hàng dự kiến: *(Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu)*
3. Dự kiến về điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
 - Về tạm ứng: Sau khi nhà thầu đã hoàn tất việc ký hợp đồng và thực hiện bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, sẽ được tạm ứng tối đa không quá 30% giá trị hợp đồng.
 - Về thanh toán: Việc thanh toán sẽ được thanh toán tối đa không quá 90 ngày kể từ ngày xuất hoá đơn và nhà thầu cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ, hàng hoá đã được giao đủ cho Bệnh viện. Thẻ hiện bằng biên bản bàn giao và nghiệm thu. Lưu ý các chứng từ thanh toán có thể được điều chỉnh trong



quá trình thực hiện hợp đồng theo quy định của quản lý tài chính của Nhà nước.

4. Các thông tin khác (nếu có).
5. Các nhà cung cấp báo giá theo Phụ lục mẫu yêu cầu báo giá và báo giá theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Trang thiết bị y tế (để đăng tin)
- Lưu HC, TTBYT.



Nguyễn Tri Thức

